



Kraków 08.04.2016

SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY


im. G.Narutowicza w Krakowie

31-202 Kraków

Dział Techniczny

Dot.: Przebudowy pomieszczen dla potrzeb Apteki Szpitalnej

Zgodnie z życzeniem Inwestora przesyłamy lokalizację wybranego demineralizatora wody.
 Woda zdemineralizowana doprowadzona będzie do sterylizatora Sb21 i myjki-dezynfektora Sf03.
 W związku z lokalizacją demineralizatora, kratka ściekowa zostaje przesunięta pod sterylizator.



Małgorzata Jaworska