

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/039/2018
L.dz.: KA-2/381/2018

KRAKÓW dnia: 2018-04-12

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) jako zamówienie na usługi społeczne pn.: „**Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza oraz urządzenia do odpylania instalacji POPIOŁY**”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie częściowe nr 1:

1. Czy dopuszczają Państwo suszarkę laboratoryjną z zakresem temperatur regulowanym od 10 st. C powyżej temperatury otoczenia do 300 st. C i spełniającą pozostałe wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Dolny zakres regulacji temperatury nie może przekraczać 5 st. Celsjusza powyżej temperatury otoczenia (z uwagi na potrzebę pracy w stosunkowo niskich temperaturach).

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
