

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Warszawska 24 W-9/110,**  
**31-155 KRAKÓW**

**Znak sprawy: KA-2/039/2018**  
**L.dz.: KA-2/385/2018**

KRAKÓW dnia: 2018-04-12

**Uczestnicy postępowania**

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie ogłoszenia**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) jako zamówienie na usługi społeczne pn.: „**Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza oraz urządzenia do odpylania instalacji POPIOŁY**”,

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

Zadanie częściowe nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną, z regulowanym zakresem temperatury +10 stopni C powyżej temperatury otoczenia do +300 stopni C? Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną, z regulowanym zakresem temperatury +5 stopni C powyżej temperatury otoczenia do +300 stopni C? Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o pojemności 75 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z wyświetlaczem LED? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1. NIE dopuszcza się suszarki laboratoryjnej z regulowanym zakresem temperatury +10 stopni powyżej temperatury otoczenia, z uwagi na potrzebę pracy w dolnych granicach zakresu (np. 25-30 st. Celsjusza). Temperatura otoczenia laboratorium waha się zazwyczaj w granicach 20-22 st. C.

Ad. 2. TAK, dopuszcza się suszarkę laboratoryjną z regulowanym zakresem temperatur +5 st. C powyżej temperatury otoczenia.

Ad. 3. NIE dopuszcza się suszarki laboratoryjnej o pojemności 75 litrów. W wymaganiach podano zakres pojemności 50-65 litrów. Jest to wymuszone wielkością stanowiska badawczego.

Ad. 4. TAK, dopuszczalny jest wyświetlacz LED.

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

---