



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/26/D/N/AC/2018/71/2018

Limanowa dnia: 2018-05-16

Wszyscy zainteresowani !!!

**ZMIANA DO O D P O W I E D Z I
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-05-14 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej ujęte w 13 zadaniach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zmiana odpowiedzi dotyczy zestawu nr 4, pytania nr 1.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 poz. nr 1:

Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, bez dodatkowej miarki, w rozmiarach:

- " 6 x 11 cm- zgodnym z SIWZ
- " 15 x 15 cm- zgodnym z SIWZ
- " 10 x 15 cm- zgodnym z SIWZ
- " 30 x 30 cm- zgodnym z SIWZ
- " 5 x 11 cm z otworem na powrózek nasienny (Zamawiający wymaga 6 x 11 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA