

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/44/2018/3

Poznań dnia: 2018-05-22

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Dostawę podłoży do oceny wzrostu bakteryjnego we krwi i innych płynach ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dotyczy Formularza cenowego - zał. Nr 2 do SIWZ - podłoża w butelkach dla dorosłych - warunki beztlenowe:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 oprócz podłoża beztlenowego z inhibitorem antybiotyków podłoża lityczne ? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Dotyczy Formularza cenowego zał. - Nr 2 do SIWZ:

Czy suplement powinien być zwalidowany z oferowanymi podłożami, co ma odzwierciedlanie w instrukcji użycia suplementu ? **Odpowiedź brzmi:** Tak ,Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Dotyczy pkt. 18.2 SIWZ; pkt. 1) Formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) oraz §2 ust. 2 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu dostawy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

4. Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, która wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane Jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano ? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

5. Dotyczy §4 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

Prosimy o dopuszczenie możliwości przesyłania faktury faksem/mailem w dniu dostawy towaru, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty, w tym faktura - z siedziby spółki. Oryginał faktury zostanie wysłany listem poleconym. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

6. Dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ) - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

7. Dotyczy §8 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ) - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie za każdy dzień zwłoki. **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

8. Dotyczy §8 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie wysokości kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części umowy. **Odpowiedz brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

9. Dotyczy §9 ust. 3 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o dopisanie zwrotu: "po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji." **Odpowiedz brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

10. Dotyczy §9 ust. 3d) wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażanie zgody na zmianę zapisu na: "przekraczającego 3 dni robocze". **Odpowiedz brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrukcja obsługi analizatora została dołączona do umowy na płycie CD ? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w zasilacz UPS, który stabilizuje napięcie, a w razie braku zasilania umożliwia zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania, a następnie przejście w fazę uśpienia ? W momencie pojawienia się zasilania system taki powraca samodzielnie do pracy bez ingerencji użytkownika, a w przypadku przerwy w dostawie prądu do 1 godziny nie wymaga żadnych dodatkowych czynności? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy zamawiający poprzez wyspecyfikowanie w formularzy cenowym „suplement dla posiewów płynów mózgowo-rdzeniowych i innych płynów z jam ciała - 2000" wymaga zaoferowania ilości suplementu właściwego do wykonania 2000 prób do których należy dodać suplementu? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytania do umowy (zał. nr 5):

14. §4 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury wraz z towarem, przesłanie jej na adres email: Lub dostarczenie do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty bądź kuriera"? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

15. §4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w dwóch egzemplarzach, która zawierać będzie dane określone w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) i rozporządzenia MF z dnia 03.12.2013 r.

w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) a także: liczbę przekazanych opakowań zbiorczych."? Uzasadnienie: Odnosząc się do wymogu „oryginału i kopii faktury”, nadmienić należy, iż Ustawa o podatku od towarów i usług nie posługuje się już takimi terminami. Każdy z egzemplarzy faktury jest tak samo ważny i można się nimi posługiwać zamiennie. **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

16. §7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi) w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin. Serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę."?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

17. §8 ust. 1 tiret 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części brutto umowy, gdy któraś ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca/"? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

18. §8 ust. 1 tiret 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki"? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

19. Czy zamawiający w p.11 „Parametry Wymagane –Warunek Graniczny „, pod hasłem butelki nietłukące się i niepękające rozumie z butelki z materiału nietłukliwego potwierdzonego w instrukcji użytkowania/ ulotka techniczna producenta ? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Karol Chojnacki
lekarz