

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

Pismo: SzW/4/2018

Poznań, 8 czerwca 2018 r.

Sprostowanie
modyfikacji z dnia 01.06.2018 r.

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w związku z omyłką dokonuje sprostowania zmiany w II_modyfikacja_złącznika-nr-2- do SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH w pozycji dotyczącej: **Szafa do przechowywania endoskopów z systemem nadciśnienia EDC- 2 szt.**

W zamieszczonym zmodyfikowanym ww. załączniku do SIWZ jest:

Szafa do przechowywania endoskopów z systemem nadciśnienia EDC – 2 szt.

Symbol E001

Nazwa producenta

Nazwa i typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji (min. 2018)

L.p.	Wymagania do przedmiotu zamówienia	Wymagana wartość	Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli	Sposób oceny
1	2	3	4	5
Parametry ogólne				
1.	Lampa zabiegowa na statywie jezdny – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem)	Tak, opisać		
2.	Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwyty przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy	Tak, opisać		



L.p.	Wymagania do przedmiotu zamówienia	Wymagana wartość	Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli	Sposób oceny
3.	Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość	Tak, opisać		
4.	Średnica kopuły do 30 cm.	Tak, opisać		
5.	Kopuła wyposażona w uchwyt brudny	Tak, opisać		
6.	Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)	Tak, opisać		
7.	Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu lub równoważne	Tak, opisać		
8.	Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej	Tak, opisać		
9.	Ilość źródeł światła – 18 +/- 2 (tylko białe diody LED)	Tak, opisać		
10.	Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy	Tak, opisać		
11.	Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux	Tak, opisać		
12.	Wgłębność oświetlenia L1+L2: 130 cm	Tak, opisać		
13.	Współczynnik odwzorowania barw Ra 96	Tak, opisać		
14.	Temperatura barwowa: 4.400 K +/- 100K	Tak, opisać		
15.	Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach	Tak, opisać		
16.	Pobór mocy max. 20W	Tak, opisać		
17.	Waga do 35 kg	Tak, opisać		
18.	Żywotność źródła światła min 40.000 godz.	Tak, opisać		
19.	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I	Tak, opisać		
20.	Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2	Tak, opisać		
Wymogi formalne:				
21.	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak,		
22.	Czas reakcji serwisu max. 48h	Tak,		
23.	Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz wszelką dokumentację pozwalającą na użytkowanie oferowanego urządzenia w planowanym terminie oddania inwestycji do pełnej eksploatacji.	Tak, opisać		
24.	Wykonawca bierze na siebie uzyskanie wszelkich pozwoleń, posiadania aktualnych certyfikatów, deklaracji zgodności oraz ewentualnego dostosowania zaoferowanych urządzeń medycznych do uwarunkowań prawnych i technologicznych obowiązujących w dniu oddania inwestycji do pełnego eksploatacji.	Tak, opisać		

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty



**szpitale
wielkopolski**

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893
 Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

winno być:

Szafa do przechowywania endoskopów z systemem nadciśnienia EDC – 2 szt.

Symbol E001

Nazwa producenta

Nazwa i typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji (min. 2018)

L.p.	Wymagania do przedmiotu zamówienia	Wymagana wartość	Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli	Sposób oceny
1	2	3	4	5
Parametry ogólne				
1.	Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez 168 h	Tak, opisać		
2.	Funkcja suszenia endoskopów w ciągu 120 minut	Tak, opisać		
3.	Bezprzewodowe odczytywanie endoskopów poprzez chipy RFID	Tak, opisać		
4.	Bezprzewodowe odczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu.	Tak, opisać		
5.	Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu.	Tak, opisać		
6.	Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji.	Tak, opisać		
7.	Kompaktowe wymiary: Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130-2179 mm nóżki regulowane	Tak, opisać		
8.	Siedem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do bronchoskopów	Tak, opisać		
9.	Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej	Tak, opisać		
10.	Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów	Tak, opisać		
11.	Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi	Tak, opisać		
12.	Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 30 m3 / h	Tak, opisać		
13.	Skuteczność filtra HEPA 99,97	Tak, opisać		
14.	Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar,	Tak, opisać		
15.	Podłączenie do zasilania 230 V, zasilanie powietrzem: gwint ½"	Tak, opisać		
Wymogi formalne:				
16.	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak,		



**szpitale
wielkopolski**

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

L.p.	Wymagania do przedmiotu zamówienia	Wymagana wartość	Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli	Sposób oceny
17.	Czas reakcji serwisu max. 48h	Tak,		
18.	Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz wszelką dokumentacją pozwalającą na użytkowanie oferowanego urządzenia w planowanym terminie oddania inwestycji do pełnej eksploatacji.	Tak, opisać		
19.	Wykonawca bierze na siebie uzyskanie wszelkich pozwoleń, posiadania aktualnych certyfikatów, deklaracji zgodności oraz ewentualnego dostosowania zaoferowanych urządzeń medycznych do uwarunkowań prawnych i technologicznych obowiązujących w dniu oddania inwestycji do pełnego eksploatacji.	Tak, opisać		


Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

W związku z zaistniałą omyłką Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik -nr-2- do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zaznaczając na czerwono dokonane poprawki. Poprawiony załącznik jest wiążący dla wszystkich wykonawców i należy go uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Michał Wroniecki

Dyrektor Zarządzający



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893
Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN