

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/51/2018/11

Poznań dnia: 2018-07-17

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego,

jednocześnie dokonując **modyfikacji** załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego, załącznika nr 2 do SIWZ / załącznika nr 1 do umowy – Formularza cenowego oraz załączając umowę/zgodę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Zadanie nr 48, poz. 1-6 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

2. W związku z przesłanką wykluczenia wykonawców zdefiniowaną w art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz polityką compliance koncernu BBraun, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji, jeżeli któraś z osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie Zamawiającego pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z Aesculap Chifa Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Tomysłu przy ul. Tysiąclecia 14 lub członkami organu zarządzającego lub nadzorczego Aesculap Chifa Sp. z o. o.

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na fakt, iż pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przekaze Wykonawcy niniejszą informację po otwarciu ofert.

3. Zadanie nr 18 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o średnicy 5mm i 10mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie 50 pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie 50 pozycja 43 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 43 z zadania 50 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy zadania nr 39 pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oferty na Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do aparatu Infant Flow, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel, w skład którego wchodzi:

- Odcinek wdechowy podgrzewany o dł.1,2 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,4 m

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru cieśn., dł. 1,8 m

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych w rozm.: S,M,L

Odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony jest w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie, a co za tym idzie nie powoduje zalewania pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy zadania nr 39 pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 z zadania nr 39 do oddzielnego zadania. Zmiana konfiguracji zadania umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert

i obniżenie ceny. Pozostawienie pakietu w pierwotnej konfiguracji pozwala złożyć ofertę tylko jednemu Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy zadania nr 40 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji "Przyłącze Medijet do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Medin CNO typ 1000" z zadania nr 40 do oddzielnego zadania. Generator Medijet 1000 jest oferowany tylko przez jedną firmę przez co ogranicza to złożenie oferty innym wykonawcom na pozostały asortyment jest w pakiecie nr 40. Dostępny w ofercie innych firm asortyment jest kompatybilny z przyłączami Medijet gwarantując poprawne działanie wsparcia nCPAP.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy zadania nr 42 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielanie pozycji nr. 1 "Jednorazowe krążki (osłonki) do przyklejania czujników temperatury do skóry noworodka" z zadania nr. 42 do oddzielnego zadania. Zmiana konfiguracji zadania umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert i obniżenie ceny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

10. Pakiet nr 50 poz. 28 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje tylko 10 sztuk adapterów do dróg oddechowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Nastąpiła omyłka pisarska przy sporządzaniu formularza cenowego przez Zamawiającego. Prawidłowa ilość zamawianego asortymentu to 850 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

11. Pakiet 47 - Czy Zamawiający wymaga asortymentu z łączem ENFit?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

12. Pakiet 47 - Prosimy o określenie w pozycji 1 do jakiej pompy ma być dedykowany zestaw do żywienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Dedykowane do różnego rodzaju pomp.

13. Pakiet 47 - Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści zgłębnik 12Ch/125cm, spełniając pozostałe parametry ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14. Pakiet 47 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5- 7 do osobnego zadania ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

15. Pakiet nr 39 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie w pozycji 1 układów o niżej podanych parametrach:

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, ? wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza ? wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilzacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

16. PAKIET 39 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układów o podanych niżej parametrach:

Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułpkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilzacza MR850 firmy Fisher&Paykel,

Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet 37 pozycja 3 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 37 wydzieli pozycje: 3 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

18. Pakiet 37 Pozycja 3 - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać sensor, numeru katalogowego lub numeru REF sensoru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet 42 Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokabelkowe Mindraya do obwodu kończyny 6,9-11,7)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet 42 Pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokabelkowe Mindraya do obwodu kończyny 5,0-10,5)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

21. Pakiet 42 Pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokabelkowe Mindraya do obwodu kończyny 4,2-7,1)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

22. Pakiet 42 Pozycja 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokabelkowe Mindraya do obwodu kończyny 3,3-5,6)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

23. Pakiet 42 pozycja 1 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 42 wydzieli pozycje: 1 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

24. Dotyczy części nr 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do infuzji do wszczepialnych portów posiadający plastikową obudowę z odpinanymi uchwytemi wyposażone w miękką gąbkę umieszczoną od strony pacjenta z drenem typu Non DEHP z plastyfikatorem TOTM- bezpiecznym dla pacjenta o długości 20,3cm? Oferowane igły zapewniają zarówno komfort pacjenta jak również wygodę stosowania, nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

25. Dotyczy części nr 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do infuzji do wszczepialnych portów z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej "kliknięciem" bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

26. Dotyczy części nr 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do infuzji do wszczepialnych portów przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych- do 300 psi, z klipsem do przerw w infuzji z oznaczeniem maksymalnej prędkości przepływu i ciśnienia oraz kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

27. Czy Zamawiający w zadaniu 47 pozycji 1 miał na myśli "zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Infinity do butelek, wolny od DEHP ?"

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

28. Zadanie nr 30 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania opakowania, które zawierają 800szt. osłonek do elektronicznego termometru ThermoScan ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale na etapie realizacji umowy.

29. Pakiet 9, pozycja 1- Czy zamawiający oczekuje zestawu do toalety jamy ustnej. W zestawie ze szczoteczką do higieny jamy ustnej oraz preparat odświeżający ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

30. Pakiet 9 , pozycja 1- Czy zamawiający dopuści szczoteczki-patyczki do pielęgnacji jamy ustnej, gąbka na patyczku o gładkiej strukturze ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

31. Pakiet 19, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do toalety jamy ustnej o następującym składzie:

- o Szczoteczka do zębów z funkcją jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz kontrolowanego odsysania. Łącznik do kontrolowanego odsysania pozwala na manualną regulację siły ssania - 1 sztuka
- o Płyn 10ml do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydydny- 1 sztuka
- o Aplikator gąbkowy - 1 sztuka
- o Żel nawilżający jamę ustną 3ml na bazie wodnej z dodatkiem ksylitolu - 1 sztuka
- o Kieliszek na płyn - 1 sztuka (w opakowaniach typu blister)

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe lub w sztywne opakowanie pełniące funkcję pojemnika.



Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

32. Pakiet 19, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do toalety jamy ustnej o następującym składzie:

- o Szczoteczka do zębów z funkcją jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz kontrolowanego odsysania. Łącznik do kontrolowanego odsysania pozwala na manualną regulację siły ssania - 1 sztuka
- o Płyn 15ml do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydydny oraz 0,05% roztworem chlorku cetylpirydydny - 1 sztuka
- o Aplikator gąbkowy - 1 sztuka
- o Żel nawilżający jamę ustną 3ml na bazie wodnej z dodatkiem ksylitolu - 1 sztuka
- o Kieliszek na płyn - opcjonalnie

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe lub w sztywne opakowanie pełniące funkcję pojemnika



Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

33. Pakiet 19, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do toalety jamy ustnej o następującym składzie:

- o Szczoteczka do zębów z funkcją jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz kontrolowanego odsysania. Łącznik do kontrolowanego odsysania pozwala na manualną regulację siły ssania - 1 sztuka
- o Płyn 10ml do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny- 1 sztuka
- o Aplikator gąbkowy - 1 sztuka
- o Żel nawilżający jamę ustną 3ml na bazie wodnej z dodatkiem ksylitolu - 1 sztuka
- o Kieliszek na płyn - 1 sztuka (w opakowaniach typu blister)

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe lub w sztywne opakowanie pełniące funkcję pojemnika.



Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

34. Pakiet 19, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do toalety jamy ustnej o następującym składzie:

- o Szczoteczka do zębów z funkcją jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz kontrolowanego odsysania. Łącznik do kontrolowanego odsysania pozwala na manualną regulację siły ssania - 1 sztuka
- o Płyn 15ml do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny - 1 sztuka
- o Aplikator gąbkowy - 1 sztuka
- o Żel nawilżający jamę ustną 3ml na bazie wodnej z dodatkiem ksylitolu - 1 sztuka
- o Kieliszek na płyn - opcjonalnie

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe lub w sztywne opakowanie pełniące funkcję pojemnika



Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

35. Pakiet 24, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5 litrów o wysokości 210 mm i o średnicy: średnica górna: 240 mm średnica dolna: 195 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

36. Pakiet 22, Poz. nr 4, 9 - Prosimy o dopuszczenie worków zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz niejałowego. Z analizy rynku wynika, iż na rynku nie ma worków jałowych o których mowa; Jedyne jałowe worki jakie są dostępne na rynku opisane są w pozycji nr 3 jako zestaw (worek + płytka + klamerka) i mieć zastosowanie jako uniwersalny, kolostomijny, ileostomijny jak i urostomijny;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca wskaże w formularzu cenowym w kolumnie „Producent – nr katalogowy” czy oferuje produkt sterylny czy niejałowy.

37. Pakiet 22, Poz. nr 3, 4, 9 - W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu rozstrzygnięcie pakietu;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

38. Pakiet 32, Poz. nr 1, 3 - Prosimy o rozdzielenie w danych pozycjach płytek płaskich i convex oraz podanie wymaganych ilości do poszczególnych płytek. Pomiędzy płatkami jest znaczna różnica w cenie co przy takim zapisie złożenie oferty konkurencyjnej będzie wiązało się zaproponowaniem ceny zakupu a tym samym nieporównywalnych cen zaoferowanego przedmiotu zamówienia w pakiecie 22;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

39. Pakiet 32, Poz. nr 4, 6 - Prosimy o rozdzielenie w danych pozycjach worków odpuszczalnych i urostomijnych oraz podanie wymaganych ilości do poszczególnych płytek. Pomiędzy płatkami jest znaczna różnica w cenie co przy takim zapisie złożenie oferty konkurencyjnej będzie wiązało

się zaproponowaniem ceny zakupu a tym samym nieporównywalnych cen zaoferowanego przedmiotu zamówienia w pakiecie 22;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

40. Pakiet nr 32, Poz. nr 1 - Prosimy o dopuszczenie płytek płaskich i płytek convex w rozmiarze 43 mm i 55 mm;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

41. Pakiet 32, Poz. nr 2 - Prosimy o dopuszczenie płytek w rozmiarze 43 mm i 55 mm;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

42. Pakiet 32, Poz. nr 3 - Prosimy o dopuszczenie płytek płaskich w rozmiarze 55 mm i 70 mm oraz płytek convex w rozmiarze 43 mm i 55 mm;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

43. Pakiet 32, Poz. nr 4 - Prosimy o dopuszczenie worków odpuszczalnych w rozmiarze 55 mm i 70 mm oraz worków urostomijnych w rozmiarze 43 mm i 55 mm;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

44. Pakiet 32, Poz. nr 5 - Prosimy o dopuszczenie płytek w rozmiarze 36 mm, 43 mm i 55 mm;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

45. Pakiet 32, Poz. nr 6 - Prosimy o dopuszczenie worków odpuszczalnych w rozmiarze 43 mm i 55 mm oraz worków urostomijnych w rozmiarze 36 mm i 43 mm;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

46. Pakiet nr 33, Poz. nr 12 - Prosimy o podzielenie pozycji i podania ilości dla pasków uszczelniających oraz dla pasty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

47. Dotyczy zadania nr 35 - Czy Zamawiający oczekuje aby w celu kompatybilności systemu wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby w celu kompatybilności systemu wszystkie pozycje w zadaniu nr 35 pochodziły od jednego producenta. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy,

tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

48. Dot. Zadania 35 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki/kanistry wielorazowe 2000ml posiadały certyfikat CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

49. Dot. Zadania 35 poz. 4 - Czy w poz. 4 Zamawiający ma na myśli wymienny króciec kątowy o konstrukcji schodkowej służący do podłączenia kanistra wielorazowego z próżnią.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający ma na myśli wymienny króciec kątowy o konstrukcji schodkowej służący do podłączenia kanistra wielorazowego z próżnią. W związku z tym Zamawiający doprecyzowuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

50. Dotyczy upoważnienia - W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższe.

51. Dotyczy §7 ust. 1.1 wzoru umowy - Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu za które odpowiada Wykonawca. Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

52. Dotyczy §7 ust 1.2 wzoru umowy - Paragraf 7 ust. 1.2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w razie zwłoki w dostawie towaru

w wysokości 5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

53. Dotyczy §8 ust 1 wzoru umowy - Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na:

"1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia, a w szczególności w przypadkach:

- a) stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej dostarczonego asortymentu,
- b) zgłoszenia przez Zamawiającego dwóch kolejnych reklamacji na dostarczony przez Wykonawcę asortyment,
- c) co najmniej dwukrotnego kolejnego dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu innego niż wskazany w ofercie lub zamówieniu Zamawiającego,
- d) gdy Wykonawca dwukrotnie kolejno dopuści się opóźnień w dostarczeniu Zamawiającemu asortymentu, przekraczającego 3 dni od dnia wynikającego ze złożonego zamówienia po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania."

Treść w/w ust. sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może (pkt a i c), że Zamawiający otrzyma towar dotknięty wadą spowodowaną nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na naliczenie Dostawcy niestandardowo wysokich kar oraz rozwiązanie umowy. A przecież ewentualnie dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na pełnowartościowy.

Z uwagi na powyższe wnosimy o odpowiednią modyfikację w/w ppkt we wzorze umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

54. Pakiet nr 1 pozycja 3-6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające kolorystyczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

55. Pakiet nr 1 pozycja 3-6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u., których cylinder wykonany jest z polipropylenu, natomiast tłok z polietylenu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

56. Pakiet nr 1 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. 20 ml pakowane a'70 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

57. Pakiet nr 1 pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową do insuliny w komplecie z niezintegrowaną igłą (04x13 mm) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

58. Pakiet nr 2 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji pakowane a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

59. Pakiet nr 2 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji noworodków pakowane a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

60. Pakiet nr 2 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115 cm {w opakowaniu foliowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

61. Pakiet nr 4 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7 l ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet nr 4 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5 l wysokość 13 cm, średnica góra 22,3cm, dół 20,5cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

63. Pakiet nr 4 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5 l wysokość 19 cm, średnica góra 22,3cm, dół 20,5cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

64. Pakiet nr 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za pakowanie a'90 szt. z przeliczeniem na 2945 opakowania ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

65. Pakiet nr 4, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do aspiracji o pojemności 100ml skalowany od 10ml do 100ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

66. Pakiet nr 6, pozycja 3-5 - Czy Zamawiający dopuści butelki z ciśnieniem początkowym 900 mbar ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

67. Pakiet nr 6, pozycja 3-5 - Czy Zamawiający dopuści z łącznikiem large-luer-lock ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

68. Pakiet nr 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 200, 400 i 600 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza butelkę o pojemności 400 ml.

69. Pakiet nr 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 400 i 600 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza butelkę o pojemności 400 ml.

70. Pakiet nr 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści markery z linijką ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

71. Pakiet nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6 mm Ch 24 i z końcówką Yankauer o średnicy wewnętrznej 3,8 mm Ch 21 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

72. Pakiet nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 2,1 m ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

73. Pakiet nr 21, pozycja 1-10 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich oddzielne zadanie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

74. Część nr 28, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści majtki do badań kolonoskopowych z nogawkami do kolan ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

75. Pakiet nr 48, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich oddzielne zadanie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

76. Pakiet nr 48, pozycja 11-16 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich oddzielne zadanie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

77. Zadanie nr 22 Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z filtrem, rozmiar 10-55mm, kolor przeźroczysty lub neutralny szary

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

78. Zadanie nr 22 Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, sterylny, rozmiar do docięcia 10-100mm, zamykany za pomocą ujścia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

79. Zadanie nr 22 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, sterylny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany za pomocą ujścia, przeźroczysty, rozmiar do docięcia 10-70mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

80. Zadanie nr 22 Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, zamknięty, kolor worka neutralny szary rozmiar do docięcia 15-45mm, pojemność 570ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

81. Zadanie nr 22 Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, zamknięty, przeźroczysty rozmiar do docięcia 15-55mm, pojemność 520ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

82. Zadanie nr 22 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza Worek stomijny niesterylny, jednoczęściowy, zamknięty, cielisty, z filtrem, rozmiar 10-76mm. Worki opisane w SIWZ rozmiar 10-76mm nie występują jako worki sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

83. Zadanie nr 22 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny pooperacyjny dla stomii o zwiększonym wydzielaniu; 1-częściowy z ujściem do drenażu i okienkiem; neutralny szary; rozmiar do docięcia 10-70 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

84. Zadanie nr 22 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, jednoczęściowy, zamknięty, z filtrem, przeźroczysty lub neutralny szary, rozmiar 15-55mm, niesterylne

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

85. Zadanie nr 22 Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuszcza worek urostomijny, dwuczęściowy niesterylny, rozmiar 50mm convex. Worki urosto-mijne dwuczęściowe nie są dostępne jako produkt sterylne, worek występujący bez płytki, płytka sprzedawana oddzielnie

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

86. Zadanie nr 22 Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuszcza: worek pooperacyjny jednoczęściowy, zamykany za pomocą ujęcia, przezroczysty, rozmiar do docięcia 10-70mm, sterylne, możliwość stosowania przy urostomii

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

87. Zadanie nr 22 Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza: pasta stomijna, bez alkoholu pochłaniająca wilgoć, pielęgnująca skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, pojemność 60g

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

88. Zadanie nr 22 Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza: pasta stomijna, z alkoholem pochłaniająca wilgoć, pielęgnująca skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, pojemność 60g, pakowana po 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

89. Zadanie nr 22 Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuszcza worek otwarty, dwuczęściowy, rozmiar 50mm, kolor worka neutralny-szary

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

90. Zadanie nr 22 Poz. 15 - Czy Zamawiający dopuszcza worek urostomijny, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 10-33mm, kolor worka neutralny-szary

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

91. Zadanie nr 22 Poz. 15 - Czy Zamawiający dopuszcza worek urostomijny, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 15-33mm, kolor worka neutralny-szary

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

92. Zadanie nr 22 Poz. 18 - Czy Zamawiający dopuszcza płytka convex do systemu dwuczęściowego, rozmiar do docięcia 50/15-30mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

93. Zadanie nr 32 Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza: płytka stomijna hydrokoloidowa, nieplastyczna, elastyczna przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, płytka podstawowa płaska rozmiar 50/10-45mm, convex: 50/15-30mm, o wypukłości 6mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

94. Zadanie nr 32 Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza: worki dwuczęściowe, przeźroczyste, zamykane na rzep, rozmiar 50mm, kompatybilne z płytkami płaskimi oraz convex

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

95. Zadanie nr 32 Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza: płytka stomijna hydrokoloidowa, nieplastyczna, elastyczna przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, płytka podstawowa płaska rozmiar 60/10-55mm, convex: 60/15-43mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

96. Zadanie nr 32 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza: worki dwuczęściowe, przeźroczyste, zamykane na rzep, rozmiar 60mm, kompatybilne z płytkami płaskimi oraz convex

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

97. Zadanie nr 32 Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza: płytka stomijna hydrokoloidowa, nieplastyczna, elastyczna przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, płytka podstawowa płaska rozmiar 40/10-35mm, convex: 40-10-20mm o wypukłości 6mm lub też 40/15-23mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

98. Zadanie nr 32 Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza: worki dwuczęściowe, przeźroczyste, zamykane na rzep, rozmiar 40mm, kompatybilne z płytkami płaskimi oraz convex

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

99. Zadanie nr 32 Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza: płytka stomijna hydrokoloidowa, nieplastyczna, elastyczna przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, płytka podstawowa płaska rozmiar 70/10-65mm, convex: 70/15-53mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

100. Zadanie nr 32 Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuszcza: worki dwuczęściowe, przeźroczyste, zamykane na rzep, rozmiar 70mm, kompatybilne z płytkami płaskimi oraz convex

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

101. Zadanie nr 32 Poz. 12 - Zwracamy się z prośbą o rozdzielanie pasków uszczelniająco-gojących od pasty uszczelniająco-gojącej, gdyż jest to zupełnie inny towar, sprzedawany oddzielnie i w różnych cenach

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

102. Zadanie nr 32 Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuszcza środek do usuwania przylepca w formie sprayu 50ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

103. Zadanie nr 32 Poz. 12 - Czy Zamawiający dopuszcza: pasta stomijna, bez alkoholu pochłaniająca wilgoć, pielęgnująca skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, pojemność 60g

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

104. Zadanie nr 32 Poz. 12 - Czy Zamawiający dopuszcza: pasta stomijna, z alkoholem pochłaniająca wilgoć, pielęgnująca skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, pojemność 60g, pakowana po 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w zakresie parametrów, natomiast opakowania zbiorcze dopuszcza na etapie realizacji umowy.

105. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości ?

Odpowiedź Zamawiającego: W powyższej sytuacji Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie skanu faktury na adres e-mailowy Zamawiającego wskazany w umowie pod warunkiem jednoczesnego wysłania oryginału faktury listem poleconym priorytetowym na adres siedziby Zamawiającego wskazany w rozdziale I SIWZ.

106. Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne/urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane

po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) ? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy.

107. Pakiet 24 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8 z pakietu 24 do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć ofertę większej liczbie oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

108. Pakiet 25 - Czy ze względu na sposób pakowania - 20 szt./op. Zamawiający zmieni ilość zapotrzebowania na 40 szt. w pozycji 1 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy.

109. Czy ze względu na sposób pakowania - 20 szt./op. Zamawiający zmieni ilość zapotrzebowania na 40 szt. w pozycji 3 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy.

110. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 40 w zadaniu 50 maski krtaniowej bez żelu i strzykawki. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

111. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 42 w zadaniu 50 maski krtaniowej LMA o następujących parametrach: Maski krtaniowa jednorazowego użytku, mankiety gwarantujące utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźbrowanie chroniące przed możliwością wklinięcia nagłośni, balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe : (1) <5 kg; (1.5) 5-10 kg; (2) 10- 20 kg; (2.5) 20-30 kg; (3) 30-50 kg; (4) 50-70 kg; (5) 70-100 kg. Produkt sterylizowany, wyposażony w plastikową osłonę mankieta. MATERIAŁ: PCV mankieta, PVC korpus.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

112. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 35 w zadaniu 50 układu oddechowego znanego i stosowanego przez Zamawiającemu firmy Teleflex o następujących parametrach: jednorazowy układ oddechowy jednorurkowy o śr. 22mm i długości 180 cm z kolankiem do aparatów do znieczuleń z dodatkową rurą rozciągalną od 83cm do 300 cm, z 2L workiem bezlateksowym. Rura wydechowa do aparatu rozciągliwa do 50 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

113. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 36 w zadaniu 50 układu oddechowego firmy Teleflex o lepszej wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4 stopni C przy przepływie 10 l/min., opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu poniżej 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm, przy spełnieniu reszty parametrów bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

114. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 46 i 47 z zadania 50 do osobnego pakietu, gdyż opisane pozycje umożliwiają składanie oferty na wymieniony pakiet tylko firmie Skamex.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

115. Czy Zamawiający w pozycji 42 w zadaniu 50 wymaga maski krtaniowej, w której kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony jest swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta zapewniającym tym samym bezpieczeństwo szczelności mankietu maski ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

116. Ad par. 5 ust. 1 wzoru umowy - Prosimy o uściślenie, że chodzi o zmianę cen brutto, przy niezmienionych cenach netto, w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w rzeczonym paragrafie Zamawiający ma na myśli – w przypadku zmiany stawki podatku Vat - zmianę cen brutto, przy niezmienionych cenach netto.

117. Ad par. 7 ust. 1 tiret drugie - Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

118. Zadanie częściowe nr.1, poz. 7 - Prosimy o wydzielenie poz.7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

119. Zadanie częściowe nr.1, poz. 7 - Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

120. Zadanie częściowe nr 2, poz.4 - Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

121. Zadanie częściowe nr 2, poz.1-2 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

122. Zadanie częściowe nr 2, poz.3 - Czy zamawiający dopuści/wymaga zaciskacza w dwóch kolorach niebieskim i białym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

123. Zadanie częściowe nr 4, poz.8-22 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 4 wydzieli pozycje: 8-22 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie – na jednorazówkę. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

124. Zadanie częściowe nr 4, poz.8 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

125. Zadanie częściowe nr 4, poz.12 - Czy zamawiający ma na myśli osłonki na głowicę USG-Prezerwatywy bez zbiorniczka – lekko pudrowane, pakowane indywidualnie po 144 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

126. Zadanie częściowe nr 4, poz.12 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

127. Zadanie częściowe nr 4, poz.14 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

128. Zadanie częściowe nr 4, poz.1 - Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 l, w kolorze wyłącznie czerwonym, z pokrywą uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika oraz etykietą na adnotacje ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

129. Zadanie częściowe nr 4, poz.1 - Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 l, w kolorze czerwonym lub żółtym, z pokrywą uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika oraz etykietą na adnotacje ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

130. Zadanie częściowe nr 4, poz.2 - Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 l, w kolorze wyłącznie czerwonym, z pokrywą uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika oraz etykietą na adnotacje ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

131. Zadanie częściowe nr 4, poz.2 - Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 l, w kolorze czerwonym lub żółtym, z pokrywą uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika oraz etykietą na adnotacje ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

132. Zadanie częściowe nr 4, poz.1-5 - Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-5 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży ograniczona liczba konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

133. Zadanie częściowe nr 5, poz.1-2,4-8 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie,

na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

134. Zadanie częściowe nr 5, poz.1-2,4-8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

135. Zadanie częściowe nr 5, poz.3 - Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji nr 3 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 15. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

136. Zadanie częściowe nr 21, poz.1-2 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 21 wydzieli pozycje: 1-2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

137. Zadanie częściowe nr 21, poz.1-2 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

138. Zadanie częściowe nr 29, poz.3-6 - Prosimy o wydzielenie poz.3-6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

139. Zadanie częściowe nr 29, poz.3-4 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

140. Zadanie częściowe nr 29, poz.5-6 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale dopiero na etapie realizacji umowy.

141. Dotyczy Zadania nr 11 - Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach, jak w SIWZ +/- 3 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

142. Dotyczy Zadania nr 11 - Czy Zamawiający wymaga, aby łyżki do laryngoskopu posiadały nieosłonięty światłowód doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

143. Dotyczy Zadania nr 11 - Czy Zamawiający wymaga łyżek wykonanych z niemagnetycznego stopu metalu, umożliwiających wykonanie intubacji także w środowisku MRI ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

144. Dotyczy Zadania nr 42 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 7-14 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

145. Dotyczy Zadania nr 42 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 6-11 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

146. Dotyczy Zadania nr 42 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 4-8 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

147. Dotyczy Zadania nr 42 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 3-6 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

148. Dotyczy Zadania nr 48 poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste maski ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

149. Dotyczy Zadania nr 48 poz. 11-15 - Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe GUEDELA w 0 (60mm), 1 (70mm), 2 (80mm), 3 (90mm), 4 (100mm) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

150. Dotyczy Zadania nr 48 poz. 11-15 - Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe GUEDELA w 1 (70mm), 2 (80mm), 3 (90mm), 4 (100mm), 5(110mm) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

151. Dotyczy Zadania nr 48 poz. 1-16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

152. Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 tiret 2 - Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu poprzez obniżenie kar umownych w nim określonych do 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu sprzętu jednorazowego tej samej ilości i tego samego gatunku u innego wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

153. Zad.cz.48 - Prosimy o wydzielenie pozycji 17-21, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty na wymienione produkty znaczącego polskiego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

154. Zad.cz.48, dot. poz. 17 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurek produkcji Sumi o innym oznaczeniu rozmiarów lecz spełniającym wymagania Szpitala względem parametrów. Nasza gama rozmiarów jest szersza od wymagań postawionych w SIWZ.

Porównanie te przedstawiamy w poniższej tabeli.

rozmiar Sumi	Rozmiar Wymagany przez Zamawiającego	O.D. rurki Sumi	O.D. rurki wymaganej przez Zamawiającego	I.D. kaniuli Sumi	I.D. kaniuli wymaganej przez Zamawiającego
5	4	9,1	9,4	5,0	5,0
6	6	10,2	10,8	6,0	6,4
7	x	11,2	x	7,0	x
8	8	12,2	12,2	8,0	7,6
9	10	13,1	13,8	9,0	8,9
10	x	14,3	x	9,0	x

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy poprzez zmianę rozmiarów z 4,0 – 10,0 na 5,0 – 10,0., który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostałe zapisy bez zmian.

155. Zad.cz.48, dot. poz.18 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurek produkcji Sumi o innym oznaczeniu rozmiarów lecz spełniającym wymagania Szpitala względem parametrów. Nasza gama rozmiarów jest szersza od wymagań postawionych w SIWZ. Porównanie te przedstawiamy w powyższej tabeli.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

156. Zad.cz.49 - Prosimy o wydzielenie z pakietu 49 pozycji 12-15, 25-45, 49-53, 55-66 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty na wymienione produkty znaczącego polskiego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

157. Zad.cz.26, dot. poz.1,3,6,9 - czy Zamawiający wymaga aby rurki tracheostomijne spełniały następujące wymagania: rurki z wymiennym wkładem bez mankietu , rozmiar 5,0 dł. 6,2cm; 6,0 dł. 7,0cm; 7,0 dł. 7,2 cm; 8,0 dł. 8,0 cm; 9,0 dł. 8,2 cm; 10,0 dł. 8,4 cm. Wykonane z termoplastycznego PVC, Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki sztyldy z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne:

1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm,

2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem ,

oraz miękka opaska mocująca, nasadka foniacyjna, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

158. Zad.12 - Czy zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego, Yankauer standard o śr 7,3 i dł.25cm CH 22, zagięta W ZESTAWIE Z DRENEM o śr wew.6mm i dł.3m przezroczysta w całości, bez kontroli siły ssania, z otworami bocznymi do odpowietrzania, z końcem stożkowym pasującym do różnych drenów, podwójne opakowanie – folia perforowana i papier-folia,

Średnica wewnętrzna 4,6 mm, długość rączki 25 cm

Wykonana z twardego materiału, gładkie ścianki w środku

Ergonomiczny uchwyt (rączka)

Dren elastyczny, niezałamujący się – wzmocniony podłużnie, zaopatrzony w łączniki antyzagięciowe Jałowa, jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

159. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w Zadaniu nr 51 pozycja nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekami płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

160. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w Zadaniu nr 51 w pozycji nr 46 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

161. Dotyczy: Zadanie nr 21 pozycja nr 11 - Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 11 i utworzy osobne zadanie co przełoży się na otrzymanie możliwie więcej ofert cenowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

162. Dotyczy: Zadanie nr 21 pozycja nr 11 - Czy *Zamawiający* dopuści Automatyczny aparat biopsyjny wielokrotnego użytku przeznaczony do biopsji tkanek miękkich

- dwa spusty zwalniające – przód podłużny, tył punktowy umożliwiające operowanie jedną ręką
- aparat przystosowany dla operatorów prawą i leworęcznych

- urządzenie wyposażone w wizualny system zabezpieczający aparat przed wystrzałem
 - możliwość sterylizacji autoklawie
- wystrzał aparatu płynny w zakresie 15-22 mm
- długość wycinka 19 mm
- możliwość użycia igieł o średnicach od 18G do 14G i długościach od 10 do 28 cm
- naciąganie sprężyn poprzez ergonomiczną dźwignię w wewnętrznej części urządzenia – naciąg jedną ręką
- wygodne mocowanie igieł
- długość całkowita 13,2 cm
- część główna aparatu 3,5 x 3 x 3,3 x 13,2 cm
- długość dźwigni naciągającej 2,6 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

163. Dotyczy: Zadanie nr 21 pozycja nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 12 i utworzy osobne zadanie co przełoży się na otrzymanie możliwie więcej ofert cenowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

164. Dotyczy: Zadanie nr 51 pozycja nr 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 11 i utworzy osobne zadanie co przełoży się na otrzymanie możliwie więcej ofert cenowych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

165. W związku ze sprzedażą części portflio produktowego (grupa Patient Care) przez firmę Medtronic do firmy Cardinal Health zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 48 pozycji: 7,8,9,10. Wyłączenie to umożliwi złożenie niezależnym firmom atrakcyjnych cenowo ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

166. W związku ze sprzedażą części portflio produktowego (grupa Patient Care) przez firmę Medtronic do firmy Cardinal Health zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 49 pozycji: 1,2, 4-9,16-24,54,73,74,76-79,83-85. Wyłączenie to umożliwi złożenie niezależnym firmom atrakcyjnych cenowo ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

167. Zadanie nr 1, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki ze skalą z podziałką co 1 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

168. Zadanie nr 1, poz. 3-6 - Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi strzykawki. Oferowane przez

nas strzykawki są w opakowaniu folia-papier, przez część przezroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponadto zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a'100/80 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

169. Zadanie nr 1, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki pakowanej a'80 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

170. Zadanie nr 1, poz. 8 - Proszę o dopuszczenie strzykawki typu Janetta o pojemności 100 ml, z dodatkową końcówką Luer i z logo producenta na strzykawce.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

171. Zadanie nr 1, poz. 10 - Proszę o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą w rozmiarze 0,3x13 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zdaniem Zamawiającego Wykonawca powtórzył opis przedmiotu zamówienia podany w formularzu cenowym. Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy wymaga Strzykawki jednorazowej do insuliny U100/1ML z wtopioną igłą 0,3 x 13 mm – i w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

172. Zadanie nr 1, poz. 11 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

173. Zadanie 35, Pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkłady jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą z fabrycznie umieszczonym proszkiem żelującym, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegającym wypływowi wydzieliny do źródła ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady wyposażone są w dwa jednofunkcyjne porty i dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, przy wymianie wkładu odłączamy dreny jedynie z pokrywy kanistra, bez odłączania źródła ssania, możliwość podłączenia w tandem – opcjonalnie; pojemność 2 litry.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

174. Zadanie 35, Pozycja 4 - Ze względu na oferowane rozwiązanie techniczne prosimy o możliwość wyceny łącznika prostego kompatybilnego z wkładem kanistra, nie wymagającego łącznika kąтового.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia **zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku**.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

175. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

176. Dotyczy zad. 1 poz. 3-6 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki ze skalą rozszerzoną ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający w pozycjach 3-6 wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

177. Dotyczy zad. 1 poz. 10 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawki 1ml/U100 z wtopioną igłą 0,33x12,7mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

178. Dotyczy zad. 2 poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszej oferty cenowej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

179. Dotyczy zad. 3 poz. 69-71 - Czy Zamawiający dopuści cewniki, które nie są przezroczyste ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

180. Dotyczy zad. 3 poz. 82 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2 m ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

181. Dotyczy zad. 3 poz. 90 - Czy Zamawiający dopuści miski w rozmiarze 20 i 28 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

182. Dotyczy zad. 3 poz. 92 - Czy Zamawiający dopuści wieszaki dwuramiennie zgodne z poniższym zdjęciem ?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

183. Dotyczy zad. 3 poz. 92 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez dodanie zapisu kpl.? Czy należy zaoferować dwa wieszaki czy wystarczy jeden dwuramienny ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli wieszak dwuramienny w ilości 2000 szt. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

184. Dotyczy zad. 3 poz. 93-100 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie oferty cenowej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

185. Dotyczy zad. 3 poz. 116-125 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenów z mieszaniny silikonu, posiadające otwory boczne, które również mogą być używane do jamy otrzewnej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

186. Dotyczy zad. 4 poz. 1,2 - Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania pojemników w dwóch kolorach tj. żółty i czerwony

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

187. Dotyczy zad. 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7l ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

188. Dotyczy zad. 4 poz. 5 - Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik o pojemności 3,5l ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający we wskazanej pozycji ma na myśli pojemnik o pojemności 3,5 l – przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający doprecyzowuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

189. Dotyczy zad. 4 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 130mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

190. Dotyczy zad. 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwacza o głębokości nakłucia 1,0mm lub 1,5mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

191. Dotyczy zad. 7 poz. 1,2 - Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiarów rurek

Odpowiedź Zamawiającego: Rurka anoskopowa – rozmiar 85 mm x 20 mm, Rurka sigmoidoskopowa – rozmiar 250 mm x 20 mm

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. formularz cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

192. Dotyczy zad. 26 poz. 1-12 - Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

193. Dotyczy zad. 47 poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

194. Pakiet Nr 5 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również ostrzy w rozmiarze 11 w wersji 11P ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

195. Pakiet Nr 9 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga gąbek – aplikatorów do pielęgnacji jamy ustnej z substancją odświeżającą, rączka wykonana z plastiku, gąbka na patyczku poprzecznie pofalowana, pokryta dwuwęglanem sodu – potwierdzenie oryginalnym nadrukiem na foliowym opakowaniu, tak jak obecnie z powodzeniem stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

196. Pakiet Nr 10 poz. 1,2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 markera do skóry ze standardową końcówką, a w poz. 2 markera z cienką końcówką ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

197. Pakiet Nr 11 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu - światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 /.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

198. Pakiet Nr 12 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z drenem o śr. wew. 5,6mm i dł. min. 3,0 m z podłużnymi usztywnieniami zapobiegającymi zasysaniu się drenu z jedną końcówką lejkową i drugą końcówką Yankauer o śr. zewn. 7,5 mm i dł. 25-26 cm CH 22: ręczka ergonomiczna, końcówka perforowana 4 otwory boczne opakowanie podwójne: sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

199. Pakiet nr 12 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z drenem o śr. wew. 7 mm i dł. min. 3,0 m z podłużnymi usztywnieniami zapobiegającymi zasysaniu się drenu z jedną końcówką lejkową i drugą końcówką Yankauer o śr. zewn. 7 mm i dł. 28 cm : ręczka uźebrowana, końcówka perforowana 4 otwory boczne opakowanie podwójne: sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

200. Pakiet Nr 19 poz. 1,2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze

opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

201. Pakiet Nr 19 poz. 1,2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zredukowania ryzyka kontaminacji elementów zestawu do higieny jamy ustnej podczas przygotowania procedury, roztwór 0,12% chlorheksydyny ma się znajdować w wyciskanych saszetkach typu 'burst pouch' umożliwiających przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

202. Pakiet 48 Poz.1-5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy maski anestetyczne mają być kompatybilne z środowiskiem MRI ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

203. Pakiet 48, Poz.7-10 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 7-10 do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

204. Pakiet 48 Poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej w rozmiarze 0/60 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

205. Pakiet 48 Poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej w rozmiarze 1/70 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

206. Pakiet 48 Poz.13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej w rozmiarze 2/80 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

207. Pakiet 48 Poz. 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej w rozmiarze 3/90 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

208. Pakiet 48 Poz. 15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej w rozmiarze 4/100 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

209. Pakiet 48 Poz.19-21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z jednym mankietem niskociśnieniowym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

210. Pakiet 48 Poz. 22-24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z PCV bez DEHP.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

211. Pakiet 48 Poz. 25-28 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek wykonanych z PCV bez DEHP.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

212. Pakiet 48 Poz. 29 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z drenem o długości 210 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

213. Pakiet 50 Poz. 22 -25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej zbrojonej z pojedynczym mankietem uszczelniającym z ruchomą ramką o regulowanym położeniu, z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, delikatnie zaokrąglony koniec rurki, sterylna w rozmiarach: 7,0/8,0/9,0/10,0

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

214. Dot. Pakietu 50 poz.28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 28 z zadania 50 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie przez naszą firmę konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

215. Dot. Pakietu 50 poz.35 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 50 poz. 35 układy oddechowe jednorurowe o długości 1,8m (różnica pomiędzy opisanymi w specyfikacji a proponowanymi przez nas rurami to tylko 10 cm), dodatkowa rura 1,8, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

216. Dot. Pakietu 50 poz.35 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 50 poz. 35 układy oddechowe jednorurowe typu rura w rurze (coaxialny-koaksjalny), długość 1,8, dodatkowa rura 1,8 pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza jedynie długość 1,9. W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ.

217. Pakiet 50 poz.36 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 50 poz. 36 układy oddechowe jednorurowe typu rura w rurze (coaxialny-koaksjalny) pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

218. Pakiet 50 poz. 43 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu. Proponowany przez naszą firmę łącznik dostępu naczyniowego jest bardzo dobrej jakości i jest sprawdzony na rynku polskim. Jego cena jest konkurencyjna w stosunku do łączników firmy Becton Dickinson.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

219. Pakiet 50 poz. 45,46,47 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 45,46,47 z zadania 50 do odobnego pakietu, które umożliwiają złożenie oferty tylko jednej firmie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

220. Dotyczy wzoru umowy - Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

221. Dotyczy wzoru umowy - Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku

z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

222. Dotyczy wzoru umowy - Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Wspomnieć w tym miejscu należy iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 30% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

223. Dotyczy wzoru umowy - Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy..”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

224. Dotyczy wzoru umowy - Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

225. Dotyczy wzoru umowy - Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

226. Dotyczy SIWZ - Prosimy o odpowiednie zmodyfikowanie Formularza Ofertowego/SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert dotyczącego terminu dostawy, jednocześnie wnosimy o możliwość zaoferowania terminu w dniach roboczych zamiast godzin.

W Formularzu ofertowym należy podać termin dostawy:” *termin dostawy od złożenia zamówienia (max 3 dni): , natomiast w Rozdziale 17 pkr. 17.2 K2:*

K2 - Termin dostawy

Liczba punktów = Td

gdzie: Td: 0 - 40 punktów

gdzie:

- dostawa do 24 godzin - 40%

- dostawa od 25-48 godzin - 20 %

- dostawa od 49-72 godzin - 0%

Odpowiedź Zamawiającego: Do formularza ofertowego wkradła się omyłka pisarska. W związku z tym Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 1 do SIWZ, tj. formularz ofertowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

227. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Zadania nr 24 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni robocze ?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40 %.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień/ 24 godziny.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy/48 godzin - tylko 20 pkt. Tak dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Jednodniowy(24 godzinny) termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadać z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego(24 godzinnego) terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: *"Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (...). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (...) po to tylko, by uzyskać zamówienie.*

Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić realny minimalny termin dostawy (np. 2 dni robocze).

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem Zadania nr 24 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

228. Dotyczy Zadanie 24 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemnik na wycinki o pojemności 60 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

229. Dotyczy Zadanie 24 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 pojemnik na wycinki o pojemności 520 ml z dużym otworem ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

230. Dotyczy Zadanie 24 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 pojemnik na wycinki o pojemności 1200 ml z dużym otworem ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

231. Dotyczy Zadanie 24 - Prosimy o wydzielenie pozycji 8 do istniejącego już zadania 4, w którym znajdują się pojemniki na odpady stanowiące oddzielny typ asortymentu. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uargumentowanie stanowiska. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że pojemniki z pozycji 8 mają bardzo zbliżone wymiary, co pojemniki z pozycji 7 zadania 4.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

232. Dotyczy Zadanie 24 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5 L, o wysokości 21 cm i średnicy górnej 240 cm i dolnej 19,5 cm? Wymiary pojemnika podanego przez Zamawiającego są bardzo nietypowe dla tej pojemności, co skutkuje znacznym ograniczeniem konkurencji, a tym samym faworyzuje konkretnego wykonawcę handlującego tego typu pojemnikami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

233. Dotyczy Zadanie 24 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 pojemnik na odpady medyczne o pojemności 6 L, o wysokości 250-265 cm i średnicy dolnej 16 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

234. Dotyczy Zadanie 24 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych z pozycji 1-7 posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykieta) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia *"W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii"* wymaga się aby *"materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany"*. Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: *"Pozostały po wykonaniu blozków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi."* Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwykłej etykiety papierowej z drukarki (takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są *"procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytometrii"*

przepływowej i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

235. Dotyczy Zadanie 24 - Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Wyrób oferowany musi posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych RP, zgodnie w tym zakresie z obowiązującymi przepisami.

236. Czy Zamawiający w zadaniu 17 dla zapewnienia szczelnego połączenia strzykawki z dostępem żywieniowym, oczekuje aby złącze strzykawki enteralnej ENFIT o pojemności 60 ml charakteryzowało się gwintem na całej wysokości złącza ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza cenowego sprzed modyfikacji – modyfikacja formularza cenowego nr 1 - poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza ofertowego sprzed modyfikacji formularza ofertowego nr 2 poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art.87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z treścią udzielonych odpowiedzi oraz ustawowym czasem niezbędnym na zapoznanie się z ich treścią Zamawiający pismem z dnia 13.07.2018 r. **przesunął termin składania ofert na dzień 01.08.2018 r.**

Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

W związku z art. 38 ust. 4a ustawy pzp ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zostaje przekazane
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Karol Chojnacki
lekarz