



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/53/2018/7

Poznań dnia: 2018-07-27

DO WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ i modyfikacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na: **Dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu,**

Dot. Zadanie częściowe nr 2 poz. 2 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści bardzo wytrzymały, lekki wózek aluminiowy o wzmocnionej konstrukcji (podwójny krzyżak), dla pacjentów o wadze do 120 kg?
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dot. Zadanie częściowe nr 2 poz. 2 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z oparciem pleców o wysokości 41 cm
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dot. Zamówienie częściowe nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego worek Ambu bez wbudowanego zaworu limitującego ciśnienie? Rolę zaworu w proponowanym worku pełni podwójna ściana
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Dot. Zamówienie częściowe nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego worek Ambu bez uchwytu ułatwiającego trzymanie aparatu? W tak małych workach nie stosuj się uchwytu

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Dot. Zadanie częściowe nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali precyzyjnej lekki o wytrzymałości do 130 kg na pojedynczym krzyżaku, pozostałe parametry b/z.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Ponadto zamawiający koryguje ilości asortymentu wskazane w formularzu cenowym w poniższym zakresie:

- zamówienie częściowe nr 2 – wózki do przewożenia pacjentów leżących było 1 szt.
jest – 4 szt.,

- zamówienie częściowe nr 2 – szyny ortopedyczne podciśnieniowe (komplet 3 szt.) było 3 szt.(kpl.) **jest – 4 szt (kpl.)**

Zamawiający w tym zakresie modyfikuje treść formularza cenowego.

Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty zamieszczone na jego stronie internetowej należy traktować jak załączniki do SIWZ.

Zamawiający informuje, że SIWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi i modyfikacji przedmiotu zamówienia wprowadzonych przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o **26 dni**.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 2018-07-12 na dzień **2018-08-07**. Tym samym termin wnoszenia wadium ulega zmianie z dnia 2018-07-12 na dzień **2018-08-07**.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Karol Chojnacki
lekarz