

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/62/2018/6

Poznań dnia: 2018-08-28

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawę odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o dopuszczenie dostawy analizatora w ciągu 14 dni. **Odpowiedź brzmi:** Tak Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie analizatora w ciągu 14 dni
2. Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza terytorium RP? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający dopuszcza załatwienie reklamacji w ciągu 14 dni.

3. Czy Zamawiający dopuści jeden używany analizator (główny - obecnie pracujący u Zamawiającego) przy zapewnieniu pełnej nieodpłatnej gwarancji i autoryzowanego serwisu w okresie obowiązywania umowy z możliwością zgłaszania awarii i zdalnego dostępu autoryzowanego inżyniera serwisowego przez 7 dni w tygodniu 365 dni w roku oraz zapewnieniem wykonania jego pełnego przeglądu i odnowienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza pozostawienie dotychczas używanego analizatora po wykonaniu jego pełnego przeglądu i odnowienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wymieniona w pkt. 38 Parametry graniczne lodówka po zakończeniu umowy stanie się własnością Zamawiającego. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający pozycje nr 38 wykreśla z powyższej tabeli nastąpiła pomyłka.

5. Prosimy o potwierdzenie, że kryterium oceny ofert określone jako "termin dostawy" dotyczy dostaw pilnych na CITO, a pozostałe odczynniki będą dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw, zgodnie z pkt. 3 "Parametry graniczne", poda końcową tabłą. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników zgodnie z dostarczonym harmonogramem dostaw, a określenie jako „termin dostawy” dotyczy dostaw na CITO.

6. Czy Zamawiający wymaga umieszczenia nazwy handlowej i numeru kat. Oferowanych odczynników w formularzu cenowym (np. w kol. "Producent"), co umożliwi Zamawiającemu weryfikację odczynników? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający wymaga umieszczenia nazwy handlowej i numeru kat

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznaczenia grupy krwi noworodka w dwóch seriach na dwóch różnych klonach anty-A, anty-B i anty-D, przy czym jeden z odczynników anty-D winien wykrywać kat. VI. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający wymaga kasety do oznaczenia grupy krwi noworodka w konfiguracji: anty-A, anty- B, anty-D oraz BTA na jednej kasecie

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Szpital Województwa w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Odpowiedzi do przetargu (znak sprawy SZW/SZP/62/2018) do firmy DiaHem

- ✓ Ad 1- dopuszczamy dostarczenie analizatora w ciągu 14 dni.
 - ✓ Ad2- dopuszczamy załatwienie reklamacji w ciągu 14 dni.
 - ✓ Ad3- dopuszczamy pozostawienie dotychczas używanego analizatora po wykonaniu jego pełnego przeglądu i odnowienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
 - ✓ Ad 5- dopuszczamy dostarczanie odczynników zgodnie z dostarczonym harmonogramem dostaw, a określenie jako „ termin dostawy” dotyczy dostaw na CITO.
- Ad6- Tak, zamawiający wymaga umieszczenia nazwy handlowej i nr kat. odczynnika w formularzu cenowym.
- Ad 7- Zamawiający wymaga kasety do oznaczenia grupy krwi noworodka w konfiguracji: anty-A, anty- B, anty-D oraz BTA na jednej kasecie.

Barbara Szulc-Michalik



E-MAIL TRANSMISSION

Nazwa firmy	Szpital Wojewódzki w Poznaniu Juraszów 7/19 60-479 Poznań	Data 2018-08-27
Do wiadomości	Sekcja Zamówień Publicznych	Liczba stron (łącznie z tytułową) 2
Od	Mariusz Cherubin Specjalista Postępowań Przetargowych	
Temat	Pytania do SIWZ	E-mail michalszczak@lutycka.pl
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi” – znak sprawy SZW/SZP/62/2018.		

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o dopuszczenie dostawy analizatora w ciągu 14 dni.
2. Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza terytorium RP?
3. Czy Zamawiający dopuści jeden używany analizator (główny – obecnie pracujący u Zamawiającego) przy zapewnieniu pełnej nieodpłatnej gwarancji i autoryzowanego serwisu w okresie obowiązywania umowy z możliwością zgłaszania awarii i zdalnego dostępu autoryzowanego inżyniera serwisowego przez 7 dni w tygodniu 365 dni w roku oraz zapewnieniem wykonania jego pełnego przeglądu i odnowienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy?
4. Prosimy o potwierdzenie, że wymieniona w pkt. 38 Parametry graniczne lodówka po zakończeniu umowy stanie się własnością Zamawiającego. *wykreślić*
5. Prosimy o potwierdzenie, że kryterium oceny ofert określone jako „termin dostawy” dotyczy dostaw pilnych na CITO, a pozostałe odczynniki będą dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw, zgodnie z pkt. 3 „Parametry graniczne”, poda końcową tabłą.



6. Czy Zamawiający wymaga umieszczenia nazwy handlowej i numeru kat. Oferowanych odczynników w formularzu cenowym (np. w kol. „Producent”), co umożliwi Zamawiającemu weryfikację odczynników?
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznaczenia grupy krwi noworodka w dwóch seriach na dwóch różnych klonach anty-A, anty-B i anty-D, przy czym jeden z odczynników anty-D winien wykrywać kat. VI.

Z poważaniem,