

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Seksja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/59/2018/6

Poznań dnia: 2018-08-28

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury firm BBraun i Aesculap, respiratorów Hamilton i Galileo oraz aparatów USG i echokardiografów firmy GE,

1. Dotyczy zadania częściowego nr 1 - Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład poz. 20 „Zestaw do laparoskopii Einstein Vision 3D SN 493797”. Istotne dla wyceny oferty przetargowej jest ilość oraz typy i numery seryjne takich urządzeń jak insufflatory, pompy płuczące oraz urządzenia do elektrochirurgii, które mogą wchodzić w skład w/w zestawu. Zwracamy uwagę że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest zobowiązany do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Skład zestawu do laparoskopii Einstein Vision 3D SN 493797

1. Insuflator PG 145 SN1510CE0332
2. Pompa ssąco-płuczająca PG145 SN 1509CE0350
3. Generator HF dwubiegunowy SN 002183

4. Jednostka sterująca kamery EA 000017 SN G00440
5. Źródło światła EV2 000021 SN 600468
6. Monitor 3D EV000047 SN UAAA7257
7. Monitor 3D EV000047 SN UAAA1055
8. Monitor 2D EV000046 SN UAAA1116
9. Głowica kamery 0 st. EV2000053 SN 491360
10. Głowica kamery 30 st. EV2000054 SN 490988

2. Dotyczy zadania częściowego nr 1 - Prosimy o podanie ile akumulatorów wchodzi w skład wyposażenia dermatomu GA670 z poz. 7. Prosimy o podanie typu i numerów seryjnych akumulatorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Skład Dermatomu GA670

1. Siatkownica do skóry BA720 SN 3027
2. Akumulator NiMh GA666 2 szt. SN 10230;10193
3. Ładowarka GA677 SN 6174

3. Dotyczy zadania częściowego nr 1 - Prosimy o podanie typu oraz numerów seryjnych "Wiertarki rozwierak do frezów" z pozycji 13.

Odpowiedź Zamawiającego: Wiertarka rozwierak do frez NS brak 1 szt.

4. Dotyczy zadania częściowego nr 1 - Prosimy o podanie typów oraz numerów seryjnych "Uchwytów do drutu Kirschnera" z pozycji 14.

Odpowiedź Zamawiającego: Uchwyt do drutów Kirschnera GB439R 1szt. SN brak

5. Prosimy o wyjaśnienie zapisu umowy par.7 ust.10 - tzn. kserokopie jakich faktur mają być załączone ? " Do kalkulacji Wykonawca dołączy kserokopie faktur zakupu potwierdzone przez niego " za zgodność z oryginałem".

Jeżeli mowa o fakturach zakupu części zamiennych to informujemy, że jako jedyny autoryzowany przedstawiciel w Polsce firm Aesculap AG - Tuttlingen - Niemcy oraz BBRAUN Melsungen jesteśmy jednocześnie jedynym dostawcą/dystrybutorem oryginalnych części zamiennych na rynek Polski i oferowane przez nas ceny spełniają warunek z par. 2 ust. 6 projektu umowy. W takim przypadku prosimy o usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie: Jako jedyny autoryzowany przedstawiciel w Polsce firm Aesculap AG - Tuttlingen - Niemcy oraz BBRAUN Melsungen - Niemcy w zakresie serwisowania

i dystrybucji części do urządzeń w/w firm jesteśmy zobligowani do zachowania w tajemnicy warunków umowy z dostawcą. Ponadto informujemy, że dostawy do naszej firmy są realizowane w większych przesyłkach zawierających różny asortyment części zamiennych. Na całą przesyłkę wystawiana jest jedna faktura. Może się okazać że części do danej naprawy/ konserwacji są zawarte na kilku różnych fakturach zawierających po kilkadziesiąt pozycji, dlatego też realizacja w/w wymagania jest praktycznie niemożliwa z przyczyn technicznych. Jednocześnie zapewniamy, że ceny sprzedaży oryginalnych części zamiennych w naszym serwisie nie są wyższe od sugerowanych przez w/w producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy pakietu nr 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Przeglądy były wykonywane zgodnie z zaleceniami i procedurą producenta.

7. Dotyczy pakietu nr 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaka jest ilość przepracowanych godzin respiratorów wymienionych w zapytaniu ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego: S-1 około 25.000 godz. i G5 – około 40.000 godz., Galileo – 55.000 godz; C-1 5.000 godz.

8. Dotyczy pakietu nr 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji respiratorów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego: RESP C-1 i G5 SN5863, S1-rok prod. 2011 i G5 SN LZ 56, 1968 rok prod. 2009, GALILEO 7268 i 7283 rok prod. 2005

9. Dotyczy pakietu nr 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012 ? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w & 7 ust. 13 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych” ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów & 10 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w & 7 ust. 1,

b) za każdorazową zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w & 10 ust. 1 lit. c projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. W związku z przesłanką wykluczenia wykonawców zdefiniowaną w art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz polityką compliance koncernu BBraun, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji, jeżeli któraś z osób wykonujących czynności

w postępowaniu po stronie Zamawiającego pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z Aesculap Chifa Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 14 lub członkami organu zarządzającego lub nadzorczego Aesculap Chifa Sp. z o. o.


Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na fakt, iż pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przekaze Wykonawcy powyższe dane po otwarciu ofert na ponowny wniosek Wykonawcy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 500200772-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Karol Ciojnicki
lekarz



Zamawiający