



Znak: ZP-271-68/18

Kraków, dnia 2018-09-03r.


**Wykonawca, którym przekazano  
specyfikację oraz stronę  
internetową postępowania**


## **Wyjaśnienia treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na **„Serwis i konserwacja trzech komór laminarnych” (ZP-271-68/18)** zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

**Pytanie 1, część 1, poz.3:** Proszę o wyjaśnienie poz. 3 ( UVP 3 Hepa)– jaki to model komory, producent, rok produkcji.

**Wyjaśnienie:** Rok produkcji podano w specyfikacji (2011). W numerze seryjnym w specyfikacji wkradł się błąd. Jest 080211-002 a powinno być P080211-002.  
Poniżej tabliczka znamionowa urządzenia:





## Zmiany treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na **„Serwis i konserwacja trzech komór laminarnych” (ZP-271-68/18)** zostały wprowadzone zmiany w treści specyfikacji:

Zmiana opisu:

1. **załącznik 1a do specyfikacji, poz. 3:** zmiana numeru seryjnego na P080211-002
2. **SIWZ:**
  - a) p. 3.1, poz. 3: zmiana numeru seryjnego na P080211-002
  - b) p. 15.11: zmiana terminu składania ofert na 06/09/2018r.
  - c) p. 16.1: zmiana terminu składania ofert na 06/09/2018r, godz. 12.00.
  - d) p. 16.3: zmiana terminu otwarcia ofert na 06/09/2018r, godz. 12.15.

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące. Zmiany zostały wprowadzone do treści dokumentów: SIWZ po zmianie, załącznik nr 1a po zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego, na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie nie przysługuje.

Prof. dr hab. med. ZBIGNIEW KOJS  
Specjalista ginekologii onkologicznej  
specjalista ginekolog-położnik  
specjalista onkolog  
Kraków, ul. Bogdanowicza 10  
3196546 LEKARZ RR980604517