

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Seksja Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZW/2/2019/4

Poznań dnia: 2019-01-10

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawę soczewek wewnętrznych asferycznych z iniektorem jednorazowym i kartridżem,

1. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie poprawek w Załączniku do SIWZ, Formularzu ofertowym, pkt. 1 dotyczący terminu realizacji zamówienia zgodnie z kryteriami oceny ofert. **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający naniesie poprawkę i zmodyfikuje formularz ofertowy.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.
3. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

"Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie" **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną wykonaną w całości z akrylu hydrofilnego o stopniu uwodnienia 26%, posiadającą dwa hapteny typu Closed Loop stabilizujące pozycję soczewki w torebce, implantacja przez cięcie 2,2 mm, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0, kąt zwilżania materiału soczewki 52°, z filtrem UV, moduł Younga 3,0MPa, posiadającą ujemną aberrację w celu uzyskania pooperacyjnego efektu bezaberracyjności (układ rogówka-soczewka), **przy zachowaniu pozostałych parametrów?** **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w SIWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy.
6. Dotyczy § 6, ust. 5 Wzoru Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie ze zapisami we wzorze umowy.
7. Dotyczy § 7, ust. 1, pkt. 1 Wzoru Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości brutto umowy? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie ze zapisami we wzorze umowy.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie ze zapisami we wzorze umowy.
9. Czy Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną z iniektorem jednorazowym i kartridżem, posiadającą po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z części haptycznej, C-loop, o średnicy całkowitej 13,0mm, angulacji 9°, stałej A 119,0, moduł Younga - brak danych, zakresie dioptrażu od -10,0D do +10,0D (co

1,0D), od +10,0D do +30,0D (co 0,5D), od +30,0D do +40,0D (co 1,0)? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Karol Chojnacki
lekarz