

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zeromski
NO_DOC_EXT:	2019-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zpubl@zeromski-szpital.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

000630161

os. Na Skarpie 66

Kraków

31-913

Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka

Tel.: +48 126229413

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Faks: +48 126444756

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników

Numer referencyjny: ZP/6/2019

II.1.2) Główny kod CPV

33111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) nr projektu nr RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17. Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zeromski

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-035624

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 051-116773

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/03/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Grupa 1

Zamiast:

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Zamówienie obejmuje również demontaż istniejącego aparatu i jego utylizację oraz prace adaptacyjne związane z montażem nowych aparatów:

1.postawienie nowej ścianki G-K z wkładem ołowianym i listwami ołowianymi - pracownia nr 3- zgodnie z projektem osłon radiologicznych,

2. montaż drzwi w sterowni - pracownia nr 3 - zgodnie z projektem osłon radiologicznych,

4. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny, - pracownia nr 1 i pracownia nr 3.

5. dopasowanie podwieszenia sufitowego - pracownia nr 1

6. dostosowanie przebiegu kanałów podłogowych- według potrzeb pracownia nr 1 i pracownia nr 3.

Prace związane z montażem i uruchomieniem aparatów RTG nie mogą być prowadzone jednocześnie w obu pracowniach - po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.

W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji

• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.).

- możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
- forma zgłoszeń reklamacji i napraw -pocztą, fax, poczta elektroniczna
- czas reakcji serwisu max. do 48 godzin
- maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia
- wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela inwestora.

Powinno być:

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Zamówienie obejmuje również demontaż istniejącego aparatu i jego utylizację oraz prace adaptacyjne związane z montażem nowych aparatów:

1. postawienie nowej ścianki G-K z wkładem ołowianym i listwami ołowianymi - pracownia nr 3- zgodnie z projektem osłon radiologicznych,
2. montaż drzwi w sterowni - pracownia nr 3 - zgodnie z projektem osłon radiologicznych,
4. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny, - pracownia nr 1 i pracownia nr 3.
5. dopasowanie podwieszenia sufitowego - pracownia nr 1
6. dostosowanie przebiegu kanałów podłogowych- według potrzeb pracownia nr 1 i pracownia nr 3.

Prace związane z montażem i uruchomieniem aparatów RTG nie mogą być prowadzone jednocześnie w obu pracowniach - po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.

W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.).
- możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
- forma zgłoszeń reklamacji i napraw -pocztą, fax, poczta elektroniczna
- czas reakcji serwisu max. do 72 godzin
- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku naprawy bez wymiany części) lub 7 dni roboczych (w przypadku naprawy z wymianą części) od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Odbiorcy

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Grupa 2

Zamiast:

Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert). W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.).
- możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
- forma zgłoszeń reklamacji i napraw -pocztą, fax, poczta elektroniczna
- czas reakcji serwisu max. do 48 godzin
- maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia
- wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela inwestora.

Powinno być:

Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert). W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.).
- możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
- forma zgłoszeń reklamacji i napraw -pocztą, fax, poczta elektroniczna
- czas reakcji serwisu max. do 72 godzin

- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku naprawy bez wymiany części) lub 7 dni roboczych (w przypadku naprawy z wymianą części) od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Odbiorcy

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 15/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 24/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 15/04/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 24/04/2019

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**