

Pismo: ZP/245/2060/D/19

Poznań dnia: 21.05.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

**O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **dostawę lasera jednomodowego o długości fali 532 nm i mocy 300 mW do pomiarów spektroskopii Brillouina,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lasera jednomodowego z pasmem bocznym < -40 dB ?

**Odpowiedź 1.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

PROREKTOR

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki