

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Ul. B. Kryświczka 7/8
61-825 Poznań

Pismo: ADZP-381-22/19

Poznań dnia: 2019-05-27

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Zamawiający informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego: extra spike, zestawy laryngologiczne, igły lędźwiowe, wężyki do strzykawek automatycznych, akcesoria do przeszczepu skóry, jednorazowy sprzęt medyczny dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – 1/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści wycenę przyrządu do pobierania leków, niebieskiego z filtrem cząsteczkowym 5µm, o średnicy igły 4mm oraz długością igły 20mm. Przyrząd przeznaczony do wielokrotnego pobierania leków/płynów z fiolek i butelek, w tym opakowań typu KabiPack?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 -Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tolerancję średnicy i długości igły +/-5%?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3-Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,5 x 120mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4-Zadanie nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,7 x 40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5-Zadanie nr 3, pozycje 3 - 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,7 x 75mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6-Zadanie nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,9 x 90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 7-Zadanie nr 6, pozycje 1 - 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8– zadanie częściowe 1 – dostawa Extra Spike

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a dopuszczenie ww. zestawu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 9 – zadanie częściowe 6 – pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'75 sztuk z zaokrągleniem do pełnych opakowań, tj. z przeliczeniem na 2 267 pełnych opakowań, czyli 170 025 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 10 – zadanie częściowe 6 – pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii dwuczęściowe, charakteryzujące się szybkim i wygodnym założeniem z możliwością kilkukrotnej zmiany pozycji. Wygodne zapięcie za pomocą dwóch oddzielnych rzepów o długości 25 mm, jednorazowe, pakowane indywidualnie. Możliwość dostosowania rozmiaru: S – poniżej 26 cm, M – 26-34 cm, L – powyżej 34 cm.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11 – zadanie częściowe 6 – pozycje 8-15

Ze względu na fakt, że pojemniki na zużyty sprzęt medyczny nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia. Dlatego wnosimy o dopuszczenie w poniżej wymienionych pozycjach następujących pojemników:

- pozycja 8 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,2L, wysokość 115 mm;
- pozycja 9 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,7L, wysokość 115 mm
- pozycja 10 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1,0L, wysokość 125 mm

- pozycja 11 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5-4,0L, wysokość 155 mm;
- pozycja 12 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1,0L, wysokość 125 mm
- pozycja 13 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2,0L, wysokość 160 mm
- pozycja 14 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5-4,0L, wysokość 155 mm;
- pozycja 15 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 5,0L, wysokość 210 mm.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ, gdyż wymiar ma ogromne znaczenie w szczególności wysokości pojemnika ponieważ dostosowany jest do rodzaju wytwarzanych odpadów medycznych.

Pytanie nr 12-Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami ustawy Pzp , Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 3 poz. 1: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,5x120.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 14- dotyczy zadania nr 3 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,7x50 lub 0,7x70.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 15- dotyczy zadania nr 3 poz. 4: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,7x75.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 16- dotyczy zadania nr 6 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków pakowanych a'80 szt. i odpowiednie przeliczenie zamawianych ilości tj. 2 125 op. a'80 szt.

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 17- Zadanie częściowe Nr 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów i filtrem powietrza 0,2 mikrona z kolcem o średnicy 4,4 mm i długości igły co najmniej 15 mm oraz zatyczką w kolorze białym

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 1 produkt Extra Spike Plus 5µm KabiPac o średnicy igły 5,6 mm oraz długością igły 21,5 mm, kompatybilny z opakowaniami KabiPac?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli produkt Extra Spike Plus 5µm KabiPac o średnicy igły 5,6 mm oraz długością igły 21,5 mm, kompatybilny z opakowaniami KabiPac

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, 61 850 62 95, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl