



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/30/D/N/AC/2019/87/2019**

Limanowa dnia: 2019-06-21

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-06-19 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawy odzieży chirurgicznej, pokryć i prześcieradeł higienicznych oraz sterylnych osłon, fartuchów operacyjnych, serwet i zestawów serwet operacyjnych jednorazowego użytku ujętych w 9 zadaniach asortymentowych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zestaw nr 1**

**Pytanie nr 1 - ZADANIE NR 6**

Poz. nr 10 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów laparoskopowych o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad min. 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 - ZADANIE NR 7**

Poz. nr 3; 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o długości 125 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3 - ZAPISY SIWZ - PROJEKT UMOWY § 6, ust. 1-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo "opóźnienie" zostało zastąpione słowem "zwłoka"?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (aczkolwiek przyjmuje, że pytanie dotyczy § 7)**

**Pytanie nr 4 - § 6, ust. 2-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 1% wartości niezrealizowanej części dostawy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785).

Tenże zaznacza jednak, że "W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną" (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy "w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna" (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (aczkolwiek przyjmuje, że pytanie dotyczy § 7)**

**Zestaw nr 2**

**Pytanie nr 1 - Zadanie 2, poz. 1**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2 - Zadanie 2, poz.1**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 - Zadanie 2, poz.1**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 - Zadanie 2, poz. 3-8**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 5 - Zadanie 2, poz. 3-8**

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6 - Zadanie 2, poz.13-14**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 7 - Zadanie 2, poz.15**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 8 - Zadanie 2, poz.15**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 9 - Zadanie 2, poz.15**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 10 - Zadanie 2, poz.15**

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 11 - Zadanie 2, poz.15**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 12 - Zadanie 2, poz.15**

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 13 - Zadanie 2, poz.16**

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 14 - Zadanie 2, poz.16**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 15 - Zadanie 2, poz.16**

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 16 - Zadanie 2, poz.16**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 17 - Zadanie 2, poz.16**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 18 - Zadanie 2, poz.16**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 19 - Zadanie 2, poz. 17**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 20 - Zadanie 2, poz. 1,3,7,15-17**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,7,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 21 - Zadanie 2, poz. 13-14**

Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 - Zadanie 9, poz. 2**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 23 - Zadanie 9, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 24 - Zadanie 9, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160 cm x 210 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Zestaw nr 3**

**Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu cięcia cesarskiego wykonanych z laminatu minimum dwuwarstwowego o minimalnej gramaturze 60g/m<sup>2</sup> nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego oraz włókniny bawełnopodobnej w minimalnym składzie:

1 serweta 180-250 x 240-330 cm z workiem na płyny oraz otworem wypełnionym folią,

1 serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 50g/m<sup>2</sup> 75-90 x 90-120 cm,

1 serweta na stolik Mayo,

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 180-200 cm

1 taśma przylepna 9x50cm

4 ręczniki celulozowe 30,5 x 34 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 niżej opisanego zestawu z oddzielnie dostarczonym przylepcem na ranę pooperacyjną?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu cięcia cesarskiego wykonanych z laminatu minimum dwuwarstwowego o minimalnej gramaturze 60g/m<sup>2</sup> nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego oraz włókniny bawełnopodobnej w minimalnym składzie:

1 serweta 180-250 x 240-330 cm z workiem na płyny oraz otworem wypełnionym folią,

1 serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 50g/m<sup>2</sup> 75-90 x 90-120 cm,

1 serweta na stolik Mayo,

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 180-200 cm

1 taśma przylepna 9x50cm

4 ręczniki celulozowe 30,5 x 34 cm

Zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 10 sztuk

Przylepiec na ranę pooperacyjną 10x25cm w opakowaniu handlowym zawierającym op. 25 a'1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 3 serwety o wymiarach 75x100cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4 - dotyczy Zadania nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 4 serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5 - dotyczy Zadania nr 6**

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o możliwość składania oferty w zakresie zadania nr 6 na pozycje, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożenia ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 1 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78x145 cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta samoprzylepna 150x240 cm

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 180x180 cm (pad 15x50cm) i organizatorami przewodów

2 serwety samoprzylepne z padem chłonnym 75x90 cm (pad 15x50cm) i organizatorami przewodów

1 taśma samoprzylepna 9x50 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 - dotyczy Zadania 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 1 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu trzywarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 155g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78x145 cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 150x240 cm (pad 25x60cm) i organizatorami przewodów

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 180x180 cm (pad 25x60cm) i organizatorami przewodów

2 serwety samoprzylepne z padem chłonnym 75x90 cm (pad 25x60cm)

1 taśma samoprzylepna 9x50 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8 - dotyczy Zadania 6 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 2 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78x145 cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta samoprzylepna 150x240 cm

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 180x180 cm (pad 15x50cm) i organizatorami przewodów

2 serwety samoprzylepne z padem chłonnym 75x90 cm (pad 15x50cm) i organizatorami przewodów

1 taśma samoprzylepna 9x50 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9- dotyczy Zadania 6 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 2 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu trzywarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 155g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78x145 cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 150x240 cm (pad 25x60cm) i organizatorami przewodów

1 serweta samoprzylepna z padem chłonnym 180x180 cm (pad 25x60cm) i organizatorami przewodów

2 serwety samoprzylepne z padem chłonnym 75x90 cm (pad 25x60cm)

1 taśma samoprzylepna 9x50 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 - dotyczy Zadania 6 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki
- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem "U" 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11 - dotyczy Zadania 6 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu artroskopii stawu kolanowego wykonanych z laminatu trzywarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, w składzie:

" 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12 - dotyczy Zadania 6 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13 - dotyczy Zadania nr 6 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nie owiniętej w papier krepowy, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga podwójnego opakowania**

**Pytanie nr 14 - dotyczy Zadania nr 6 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta samoprzylepna operacyjna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, wzmocnionego w strefie dedykowanej dla pacjenta, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze miejsca wzmocnionego 75g/m<sup>2</sup>, chłonność 137ml/m<sup>2</sup>, rozm. 150 x 240 cm (wzmocnienie 75x240cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15 - dotyczy Zadania nr 6 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta samoprzylepna operacyjna, wykonana z laminatu trzywarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, chłonność 137ml/m<sup>2</sup>, rozm. 75x100 cm z taśmą lepną na całej długości dłuższego boku

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16 - dotyczy Zadania 6 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przylepna serweta 75 x 90 cm (3-warstwowa na całej powierzchni)

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

- 1 serweta z wycięciem "U" 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 230 x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17 - dotyczy Zadania 6 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 10 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 75 x 80 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 - dotyczy Zadania 6 poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 11 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni, gramatura miejsc wzmocnionych 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 563ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

" 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem "U" 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19 - dotyczy Zadania 6 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 12 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, chłonność 137ml/m<sup>2</sup>, w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastąpienia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20 - dotyczy Zadania 6 poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 13 niżej opisanego zestawu?

- Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m<sup>2</sup>, rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta - 1 szt
- Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm
- Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- Ręczniki chłonne - 2 szt.
- Taśma przylepna 10 cm x 50 cm - 1 szt.
- Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm - 1 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21 - dotyczy Zadania 6 poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 14 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego na całej powierzchni o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, w składzie:

- 1 ręcznik do rąk
- 1 serweta okulistyczna 150 x 140cm, torebka na płyny 30x20cm, okno z folią operacyjną 8 x 10 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140cm

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22 - dotyczy Zadania nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 1 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wiązany na troki, rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, szwy ultradźwiękowe, kolor niebieski, długość fartucha 125cm. rozm. M. Pakowany w papier krepowy z dwoma ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 - dotyczy Zadania nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 2 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wiązany na troki, rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, szwy ultradźwiękowe, niebieski, długość fartucha 140cm +/- 5cm, rozm. XL. Pakowany w papier krepowy z dwoma ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 - dotyczy Zadania nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 3 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> posiadający nieprzemakalne wstawki od wewnątrz o minimalnej gramaturze 50g/m<sup>2</sup> w przedniej części i w rękawach trwale połączone z fartuchem (na całej powierzchni krawędzi) w sposób i w rozmiarach zapewniających ich pełną funkcjonalność i barierowość, zapinany na szyi na rzep, wiązany na troki łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha, rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, sposób złożenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy ultradźwiękowe, kolor niebieski, długość fartucha 135cm, długość rękawa z mankietem cm +/- 5cm rozm. L. Pakowany w papier krepowy z dwoma ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 - dotyczy Zadania nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 4 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> posiadający nieprzemakalne wstawki od wewnątrz o minimalnej gramaturze 50g/m<sup>2</sup> w przedniej części i w rękawach trwale połączone z fartuchem (na całej powierzchni krawędzi) w sposób i w rozmiarach zapewniających ich pełną funkcjonalność i barierowość, zapinany na szyi na rzep, wiązany na troki łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha, rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, sposób złożenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy ultradźwiękowe, kolor niebieski, długość fartucha 145cm, długość rękawa z mankietem 70cm +/- 5cm rozm. XL. Pakowany w papier krepowy z dwoma ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26 - dotyczy Zadania nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 5 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, zapinany na szyi na rzep, wiązany na troki łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha, rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, sposób złożenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy ultradźwiękowe, kolor niebieski, długość fartucha 135cm, długość rękawa z mankietem 66cm +/- 5cm rozm. L. Pakowany w papier krepowy z dwoma ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 27 - dotyczy Zadania nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 6 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, zapinany na szyi na rzep, wiązany na troki łączone kartonikiem, rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, sposób złożenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy ultradźwiękowe, kolor niebieski, długość fartucha 145cm, długość rękawa z mankietem 70cm +/- 5cm rozm. XL. Pakowany w papier krepowy z dwoma ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 28 - dotyczy Zadania nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 poz. 1 kieszeni wyposażonej w 0,5-centymetrową zakładkę z folii PE, która stanowi usztywnienie i pozwala na kształtowanie otworu, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 29 - dotyczy Zadania nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 poz. 4 sterylnej osłony na kończynę z nieprzemakalnego kratonu z wewnętrzną warstwą z gazy dzianej rozm. 32x120cm, z taśmą 9x50cm dostarczaną oddzielnie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zestaw nr 4**

**Pytanie nr 1 - Zadanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cesarskiego cięcia o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup> o następującym składzie:

1 serweta 230/200 x 312 cm z workiem na płyny z zaworem oraz otworem wypełnionym folią

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

1 serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej 90 x 90cm  
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm  
1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm  
2 ręczniki celulozowe 30 x 20 cm  
1 przylepiec na ranę pooperacyjną pakowany oddzielnie  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 - Zadanie 5 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 40,5 g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 45 x 75 cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 3 - Zadanie 5 poz. 3, 5, 6 :** Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup> ?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4 - Zadanie 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, długość fartucha 130 cm, bez opakowania wewnętrznego i ręczników ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5 - Zadanie 7 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, długość fartucha 150 cm, bez opakowania wewnętrznego i ręczników? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6 - Zadanie 7 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, długość rękawa 79 (+/-2cm) cm + mankiet 8cm, długość fartucha 130cm? Fartuch posiada nieprzemakalne wstawki od wewnątrz o gramaturze 42g/m<sup>2</sup> w przedniej części i 40,2 g/m<sup>2</sup> w rękawach. Zaoferowany fartuch posiada na przodzie wzmocnienie mocowane klejem ciągłym w górnej jego części oraz klejem nanoszonym partiami na bocznych krawędziach wzmocnienia, co zapewnia jednocześnie dużą wytrzymałość i dobrą cyrkulację powietrza oraz zwiększa komfort pracy operatora, zapięcie w okolicy szyi na rzep o szerokim zakresie regulacji (długość rzepów 6 cm i 13 cm) . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 - Zadanie 7 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, długość rękawa 85(+/-2cm)cm + mankiet 8cm, długość fartucha 150cm? Fartuch posiada nieprzemakalne wstawki od wewnątrz o gramaturze 42g/m<sup>2</sup> w przedniej części i 40,2 g/m<sup>2</sup> w rękawach. Zaoferowany fartuch posiada na przodzie wzmocnienie mocowane klejem ciągłym w górnej jego części oraz klejem nanoszonym partiami na bocznych krawędziach wzmocnienia co zapewnia jednocześnie dużą wytrzymałość i dobrą cyrkulację powietrza oraz zwiększa komfort pracy operatora, zapięcie w okolicy szyi na rzep o szerokim zakresie regulacji 6 cm x 13 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 - Zadanie 7 poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, długość rękawa 79 (+/-2cm) cm + mankiet 8cm, długość fartucha 130 cm, zapięcie w okolicy szyi na rzep o szerokim zakresie regulacji (długość rzepów 6 cm i 13 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 - Zadanie 7 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, długość rękawa 85(+/-2cm)cm + mankiet 8cm, długość fartucha 150 cm zapięcie w okolicy szyi na rzep o szerokim zakresie regulacji (długość rzepów 6 cm i 13 cm)? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 - Zadanie 7 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego, który jest zapakowany w papier krepowy a nie włókninę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 - Zadanie 7 poz 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> o długości 130 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 - Zadanie 7 poz 2:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS czterowarstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> o długości 150 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Zestaw nr 5**

**Pytanie nr 1 - Zadanie nr 3**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym składzie:

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001





Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia III (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>.

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup> o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 - Zadanie nr 7 poz. 1,5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki, fartuch składany "w książkę" a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania; rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, szwy ultradźwiękowe, kolor ciemnoniebieski, długość fartucha 130cm +/- 2cm, długość rękawa mierzona od szyi 72cm +/- 1,5cm zakończony ok. 8cm dzianym poliestrowym mankietem; rozm. L.

Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 - Zadanie nr 7 poz. 2, 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki, fartuch składany "w książkę" a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania; rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, szwy ultradźwiękowe, kolor ciemnoniebieski, długość fartucha 140cm +/- 2cm, długość rękawa mierzona od szyi 80cm +/- 1,5cm zakończony ok. 8cm dzianym poliestrowym mankietem; rozm. XL.

Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 - Zadanie nr 7 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> wzmocniony wewnątrz z przodu i na ? rękawów laminatem mikroporowego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, fartuch składany "w książkę" a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania, szwy ultradźwiękowe, kolor ciemnoniebieski, długość fartucha 130cm +/- 2cm, długość rękawa mierzona od szyi 72cm +/- 1,5cm zakończony ok. 8cm dzianym poliestrowym mankietem; rozm. L.

Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem trwałego mocowania wstawek na całej długości.**

**Pytanie nr 5 - Zadanie nr 7 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> wzmocniony wewnątrz z przodu i na ? rękawów laminatem mikroporowego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Rękaw długi z elastycznym mankietem z dzianiny, fartuch składany "w książkę" a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania, szwy ultradźwiękowe, kolor ciemnoniebieski, długość fartucha 130cm +/- 2cm, długość rękawa mierzona od szyi 72cm +/- 1,5cm zakończony ok. 8cm dzianym poliestrowym mankietem; rozm. L.

Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem trwałego mocowania wstawek na całej długości.**

## **Zestaw nr 6**

**Pytanie nr 1 - Zadanie 1** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,  
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 -Zadanie 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 3 - Zadanie 2, pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 8** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4 -Zadanie 2, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania z włókniny SMS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5 - Zadanie 2, pozycja 16** - Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylne?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 6 - Zadanie 2, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną z gumką w pasie (nie związaną na troki)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 - Zadanie 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:


Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 - Zadanie nr 5** - Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

**Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 - Zadanie 5, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 10 - Zadanie 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>.

Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11 - Zadanie 6, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>.

Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001




PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12 - Zadanie 6, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13 - Zadanie 6, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14 - Zadanie 6, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie


Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15 - Zadanie 6, pozycja 6** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serweta była pakowana w papier krepowany?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga podwójnego opakowania.**

**Pytanie nr 16 - Zadanie 6, pozycja 7 i 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet samoprzylepnych trzywarstwowych (włóknina + laminat + włóknina) z przylepcem na dłuższym boku o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, chłonność 350%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17 - Zadanie 6, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 - Zadanie 6, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji żyłaków:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.


Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19 - Zadanie 6, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji brzusznych:

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 - Zadanie 6, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji barku:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.


Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21 - Zadanie 6, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: Zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczykowych:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22 - Zadanie 6, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 23 - Zadanie 6, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.


Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 - Zadanie 7, pozycja 1-2** - Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy wykonane z włókna typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, pakowane w papier krepowany z dwoma rękami włókninowymi 30x30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 - Zadanie 7, pozycja 3, 4** - Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy wykonane z włókna typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> posiadające nieprzemakalne wstawki od wewnątrz o gramaturze 38g/m<sup>2</sup>, pakowane w papier krepowany z dwoma rękami włókninowymi 30x30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26 - Zadanie 7, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 128cm oraz długości rękawa z mankietem 68,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 - Zadanie 7, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm oraz długości rękawa z mankietem 69,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28 - Zadanie 8, pozycja 5-6** - Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy wykonane z włókna typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, z standardowym zapinaniem typu rzep, pakowane w papier krepowany z dwoma rękami włókninowymi 30x30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 - Zadanie 7, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 128cm oraz długości rękawa z mankietem 68,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30 - Zadanie 7, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm oraz długości rękawa z mankietem 69,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 - Zadanie 8, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z włókna typu SMS (rozmiar 70cm x 120cm) o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, pakowaną po 2 sztuki, z taśmą samoprzylepną pakowaną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 - Zadanie 8, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33 - Zadanie 9, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koca trzywarstwowego tj. dwie zewnętrzne warstwy z włókna typu Spunbond o gramaturze 22g/m<sup>2</sup> każda oraz wewnętrzna warstwa ocieplająca z poliestru o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Zestaw nr 7**

### **Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Pozycji 1 przylepca na ranę pooperacyjną min. 9x25cm zamiast przylepca o wymiarach 10x25cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Pozycji 1 ręczników do rąk o wymiarach min. 30x30cm zamiast ręczników do rąk o wymiarach 33x33cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Pozycji 1 serwetki dla noworodka o wymiarach 70x80cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 4 Pozycji 1 serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego podfoliowanego o wymiarach 100x120cm zamiast serwety włókninowo-foliowej o wymiarach 90x130cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 4 Pozycji 1 serwet wykonanych z bawełny o wymiarach 23x23cm zamiast serwet z włókniny kompleksowej o wymiarach 20x25cm.


**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zestaw nr 8**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje osłony na ramie C składającą się z : worka z gumką na promiennik, worka z gumką na wzmacniacz oraz osłony na ramię z u- kształtnym klamrami w pełni zabezpieczającą ramię i dającą możliwość pełnej palety ruchów jak poniżej?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA