

Bytom dnia: 2019-06-21

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

### **Pakiet 41. Pozycja 1**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał stapler tnąco-szyjący w kształcie półksiężyca o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm z dwoma dźwigniami ,rozmiar 40mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza stapler z 1 i z 2 dźwigniami.**

### **Pakiet 45. Pozycja 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 45 pozycja 1 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach: jednorazowy stapler przepuklinowy 5mm z 25 wchłanialnymi zszywkami o dwóch punktach przyczepu do tkanki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

