

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 15/15PN/2019/31

Bytom dnia: 2019-06-27

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 76

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego antybakteryjnego – bardzo małego, posiadającego dreny przed i za filtrem o długości po 3 cm z każdej ze stron, o objętości wypełnienia 0,15 ml i przepływie >2 ml/godz, z samoodpowietrzaczem, filtr bez zacisku szczelinowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego antybakteryjnego do emulsji tłuszczowych, bez zacisku szczelinowego, z odpowietrzaczem oraz drenami o długości po 3 cm z każdej ze stron, powierzchnia filtracji 1,6 cm² i objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30 ml/godzinę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 78 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępowego do fiolki z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem w postaci filtra hydrofobowego 0,2 mikrona, z zaworem bezigłowym z płaską powierzchnią do dezynfekcji z możliwością aktywacji min. 216 aktywacji lub 7 dni, przestrzeń martwa systemu 0,14 ml, przepływ 185 ml. Zawór bezigłowy nie posiada mechanizmu sprężynowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 79 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do wielokrotnego pobierania płynów z butelek i worków z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona, z białą zatyczką.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

