

Pobór mocy aparatów

Lp.	Nazwa aparatu	Maks pobór mocy
1.	Suszarka laboratoryjna	1000 W
2.	Homogenizator	500 W
3.	Vis spektrofotometr	200 W
4.	Lodówka MPM (duża)	280 W
5.	Lodówka MPM (mała) x 2	180 W x 2
6.	Myjka ultradźwiękowa	1000 W
7.	Mieszadło mechaniczne R50 CAT x2	85 W x 2
8.	Sterylizator	10 W
9.	Kuchenka mikrofalowa	900 W
10.	Wytrząsarka laboratoryjna	1000 W
11.	Pompa próżniowa x2	100 W x 2
12.	Tekstuometr	150 W
13.	Lampa UV	15 W
14.	Komora laminarna	200 W
15.	Demineralizator	25 W
16.	Dygestorium x 3	55 W x 3
17.	Waga analityczna x 2	7 W x 2
18.	Wagosuszarka	4 W
19.	Drukarka 3D	150 W
20.	Drukarka LaserJet	50 W
21.	Czajnik elektryczny	2000 W
22.	Zasilacz do laptopa x 3	90 W x 3
23.	Zasilacz do telefonu	10 W
Suma		8,7 kW
Suma + 15%		10,0 kW

- Prosimy również o montaż rolet okiennych materiałowych oraz o podgrzewacz wody o poj. 10 l zamontowany w szafce pod zlewem we wnęce przy drzwiach