

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019

Katowice, dnia 21-08-2019r.

Znak: TZM/20/P/2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ – 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13-08-2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: ***Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.***

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 4 – Podnośnik mobilny

1. **Pytanie – pkt 6:** Prosimy o dopuszczenie podnośnika o maksymalnej wysokości podnoszenia 1590 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. **Pytanie – pkt 7:** Prosimy o dopuszczenie podnośnika z regulacją szerokości podstawy w zakresie 610-840 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. **Pytanie – pkt 10:** Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podstawą o wysokości 113 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

*p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman*