

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019

Katowice, dnia 21-08-2019r.

Znak: TZM/20/P/2019

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ – 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14-08-2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: ***Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.***

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 2 pozycja 1

1. Czy w punkcie pierwszym pakietu nr 2 poz.1 – wózek do przewożenia w pozycji siedzącej wkładł się błąd, z punktu pierwszego opisu wózka wynika, że Zamawiający wymaga wózka do transportu w pozycji leżącej, pozostałe opisy dotyczą wózka do transportu w pozycji siedzącej. Wykonawca prosi o wyjaśnienie i ewentualne sprostowanie.

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający usuwa z formularza 6.2.1 – Parametry techniczne podpunkt nr 1. Poprawiony formularz przekazujemy w załączeniu do pisma.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej o długości całkowitej z podnóżkiem 1109 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej o szerokości użytkowej siedziska 500 mm i szerokości całkowitej 670 mm, kącie nachylenia siedziska 4°, głębokości użytkowej siedziska: 430 mm, wysokości przedniej krawędzi siedziska: 490 mm, przednia pozycja podłokietnika: 105°, średnica obręczy: 225 mm, minimalny promień skrętu 535 mm, średnica kół tylnych: 21 mm, kąt nachylenia oparcia 90° jest kątem ułożenia oparcia względem siedziska, i wadze całkowitej 18 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja 2:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją o regulacji wysokości: 530 – 900 mm i o wymiarach zewnętrznych: 2040 mm x 700 mm, z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 0 - 80°, co jest parametrem lepszym, w narożnikach leża znajdują się listwy odbojowe pełniące funkcję krążków odbojowych? Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja 3:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją – 4 szt, które posiadają uchwyt do prowadzenia ze stali pokrytej warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji antybakteryjnej w postaci jonów srebra?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją – 4 szt, które posiadają uchwyt do prowadzenia ze stali pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją – 4 szt, które zamiast uchwyty do butli z tlenem posiadają wgłębienie w obudowę na 2 sztuki butli z tlenem, poniżej znajduje się fotografia oferowanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją – 4 szt, o wymiarach zewnętrznych: 2130 mm x 830 mm i regulacji oparcia pleców w zakresie 0 - 90°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019



5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją – 4 szt, o regulacji oparcia pleców w zakresie 0 - 80°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

*p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman*