



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/46/D/N/L/2019/134/2019

Limanowa dnia: 2019-10-21

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2019-10-15,16 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Dostawy materiałów opatrunkowych ujęte w 10 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej**,

Zestaw nr 1 Zadanie nr 5. W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937". Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 - sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 - sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonych prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) - nie ma w związku z tym przeciwskażeń co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.

Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na sterylizację tlenkiem etylenu. (zad. nr 5)

Dotyczy Zadania 6 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową operacyjną jałową z elementem radiacyjnym i tasiemką 4-warstwową 17-nitkową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania 6 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 oraz 2 serwety gazowe operacyjne jałowe z elementem radiacyjnym i tasiemką nieprane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 2. Pytanie nr 1 - Zadanie nr 5 Materiały opatrunkowe gazowe jałowe. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 5 wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 3

Zadanie 2, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 4-6 Czy zamawiający dopuści bandaż elastyczny dziany o rozciągliwości powyżej 130%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 9-13 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 7-8 Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą o rozciągliwości powyżej 130%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na sterylizację tlenkiem etylenu.

Zadanie 6, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści serwetę bez prania wstępnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na sterylizację tlenkiem etylenu lub parą wodną.

Zadanie 6, poz. 1 Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 - Zadanie 6, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki samoprzylepnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, poz. 1. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne (1 sztukę) z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 8, poz. 1-10. Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 8, poz. 1-10. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw nr 4 dot. asortymentu:

Czy w Zadaniu 7 w poz. 1 Zamawiający dopuści zestaw posiadający w składzie nerkę plastikową w miejsce nerki tekturowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy w Zad. 10 poz. 9 nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje pieluchomajtek o obwodzie 160-210 cm?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 8 ust.2 słów: „w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3” na słowa: „w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 8 ust.3 słów: „w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3” na słowa: „w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 8 pozycji 9 i 10, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zestaw nr 6

Zadanie 3, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiązące w czasie 5-6 min., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 3, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiązące w czasie 3min., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 3, poz. 9 – 11 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, poz. 1-2 - Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania serwet gazowych wstępnie pranych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych a'3 sztuki lub a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Odpowiedź: Tak

Zadanie 7, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w opakowaniu a'20szt, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Zadanie 8, poz. 9, 10 - Czy Zamawiający wydzieli wymienione pozycje do osobnego pakietu celem umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 - Zadanie 8, pozycja 1 – 10 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/-5% do podanych przez Zamawiającego rozmiarów i wag kompresów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ lub odpowiedziami na pytania.

Zadanie 8, pozycja 1 – 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o poniższych parametrach:

Rozmiar - 5cmx5cm – gramatura - 0,70g – rozmiar - 18,5cmx16,5cm

Rozmiar - 7,5cmx7,5cm - gramatura - 1,49g – rozmiar - 28cm x 23,5cm

Rozmiar - 10cmx10cm - gramatura - 2,75g - rozmiar - 39cmx32cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

L.P.	IŁOŚĆ	KOMPONENT	SPECYFIKACJA
1.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 2-warstwowa z otworem	50cm x 75cm, otwór: śr. 7cm
2.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 2-warstwowa z warstwą celulozową	50cm x 70cm
3.	1 szt.	Pojemnik okrągły	poj. 250ml
4.	1 szt.	Miska nerkowata	pulpa celulozowa
5.	5 szt.	Tupfer gazowy	śr. 3cm (20cm x 20cm)
6.	2 szt.	Kompres z gazy 13N 8W	7,5cm x 7,5cm
7.	1 szt.	Pęseta	dł. 13cm
8.	2 szt.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe*	roz. M

L.P.	IŁOŚĆ	KOMPONENT	SPECYFIKACJA
1.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 2-warstwowa z otworem	50cm x 75cm, otwór: śr. 7cm
2.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 2-warstwowa z warstwą celulozową	50cm x 70cm
3.	1 szt.	Pojemnik okrągły	poj. 250ml
4.	1 szt.	Miska nerkowata	pulpa celulozowa
5.	5 szt.	Tupfer gazowy	śr. 3cm (20cm x 20cm)
6.	2 szt.	Kompres z gazy 13N 8W	7,5cm x 7,5cm
7.	1 szt.	Pęseta	dł. 13cm
8.	2 szt.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe*	roz. M

Zestaw nr 7

ZADANIE 3

Poz. nr 1-3– czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, które charakteryzują się czasem zanurzenia (aktywacji) w czasie 3 sekund? Informacja potwierdzona kartą danych technicznych wyrobu wydaną przez producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 1-3– czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 8– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty opatrunkowej o składzie 70% bawełny, 30% wiskozy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 9– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa ortopedycznego bawełniano-wiskozowego w rozmiarze 6cmx15m lub 8cmx15m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 10– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa ortopedycznego bawełniano-wiskozowego w rozmiarze 10cmx15m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 11– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa ortopedycznego bawełniano-wiskozowego w rozmiarze 15cmx6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

ZADANIE 6

Poz. nr 1-2– prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia dot. poddania praniu wstępnemu opisanych wyrobów. Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane jałowe serwety operacyjne poddane były praniu wstępnego produktu finalnego co podnosi właściwości chłonności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gazy poddanej praniu wstępnemu.

Poz. nr 1-2 – prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia dot. opisanych etykiet kontrolnych. Czy Zamawiający oczekuje informacji identyfikujące wyrób w szczególności: opis produktu, nr katalogowy, datę ważności, nr serii oraz ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany opis.

ZADANIE 8 Poz. nr 1; 3; 6– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 5 x 5 cm, o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu 16,5 x 19,5 cm i gramaturze 0,74 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 2; 4; 7– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 7,5 x 7,5 cm, o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu 23,8 x 29,5 cm i gramaturze 1,61 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 5; 8-10– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 10 x 10 cm, o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu 31 x 39,5 cm i gramaturze 2,82 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 10– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z nitką RTG sterylizowanych równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu? Prośba nasza umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty, a tym samym umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw kompresów gazowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 8

Pytanie 1 – Zadanie nr 5, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylizowanej radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – Zadanie nr 5, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – Zadanie nr 5, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sklasyfikowanej jako wyrób medyczny klasy I sterylnej?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw nr 9

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycje: 1,2,3): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a'28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zad. 10; poz. 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zam. (zad. 10; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający wydzieli z zadania 10 pozycje: 4,5,6,7,8,9 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym firmom, które specjalizują się w produkcji wyrobów chłonnych dla dorosłych i nie posiadają w swojej ofercie handlowej asortymentu wskazanego w innych pozycjach? Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej oraz uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego w Szpitalu. Prośbę swoją argumentujemy tym, iż w obecnym kształcie pakietu może wystartować tylko jeden producent i uniemożliwia to wystartowanie szerszemu gronu Wykonawców.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycje: 4,5,6,7,8,9): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycje: 4,5,6,7,8,9): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarach: S,M,L,XL posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i elastyczne, rozciągliwe boki produktu oraz pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XXL posiadające elastyczne i rozciągliwe (o co najmniej 7cm) pasy okalające pas/biodra pacjenta, które spełniają te same funkcje co dwa ściągacze taliowe. Zaletą tych rozwiązań (co najmniej jeden ściągacz taliowy lub/i elastyczny, rozciągliwy pas przedni) jest idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta oraz brak ewentualnych podrażnień na brzuchu, które mogą wystąpić przy obecności ściągacza taliowego z przodu. Należy nadmienić, że każdy producent stosuje własne, sprawdzone rozwiązania dotyczące dopasowania produktu. Proponowane powyższe rozwiązanie jest alternatywą dla dwóch ściągaczy i jest stosowane z powodzeniem na rynku szpitalnym w Polsce oraz całej Europie.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 4): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XS o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 49 cm i maksymalnym obwodzie 74 cm, pakowane a'30 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 5): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 56 cm i maksymalnym obwodzie 96 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 6): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 73 cm i maksymalnym obwodzie 130 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
11. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 7): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 92 cm i maksymalnym obwodzie 160 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 8): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 110 cm i maksymalnym obwodzie 170 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 9): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XXL o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 163 cm i maksymalnym obwodzie co najmniej 210 cm, pakowane a'32 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 9) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2650g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2650g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 550g.

15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 9): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XXXL o rekomendowanym minimalnym obwodzie co najmniej 175 cm i maksymalnym obwodzie co najmniej 250 cm, pakowane a'8 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 9) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3080g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3080g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 120g.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna