



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/48/D/N/AC/2019/141/2019

Limanowa dnia: 2019-10-28

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-10-22 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa i montaż tomografu komputerowego min. 32 - u rzędowego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SIWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostęp do serwisu. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu - w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy rezonans w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że "przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie "uzależnienia" zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiającego nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego".

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że "nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji interfejsów nie prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu".

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, "możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)".

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostęпами serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennych innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie - umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umów podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji - dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, w ten sposób, że w projekcie umowy w par 2 wprowadza ust 12 o treści:

12. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na okres 10 lat od daty zakończenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, do oprogramowania dostarczonego wraz z tomografem lub systemem jego obsługi, w tym zarówno oprogramowania medycznego i serwisowego pozwalające na korzystanie z dostarczonego tomografu oraz pozwalające na jego konserwację i naprawę (w tym ewentualne kody, hasła dostępu itp.). Aktualizacje oprogramowania medycznego i serwisowego, niezbędne dla prawidłowego korzystania z nich nie wymagają żadnych dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z nich. W okresie tym licencja nie może zostać wypowiedziana, lub ograniczona w inny sposób. Zamawiający ma prawo, po zakończeniu okresu gwarancji, udostępnić kody serwisowe, hasła dostępu podmiotowi, któremu powierzona zostanie obsługa serwisowa po zakończeniu okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest w ramach licencji do przekazania wszelkich niezbędnych danych pozwalających na realizację usługi serwisu tomografu i oprogramowania i nie może stosować żadnych zabezpieczeń, blokad, itp., które mogłyby tą obsługę utrudnić lub uniemożliwić. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju naruszenia Zamawiający ma prawo wyznaczyć 7 dniowy termin do wykonania tego obowiązku. W przypadku naruszenia tego terminu Zamawiający ma prawo domagać się kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy, określonej w par 6 ust 1 za każdy dzień opóźnienia wykonania tego obowiązku.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ w pkt 5 ppkt 5.1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu, jakim jest tomograf komputerowy jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie

z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej do 8 tygodni.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni.

Pytanie nr 2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Dotyczy SIWZ w pkt 6 ppkt 6.2, tabela, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji dotyczących innego sprzętu RTG (aparaty RTG, mammografy), odpowiadających zakresem (dostawa i adaptacja) jako spełnienie w/w warunku?

Uzasadnienie:

Nasza firma działa w segmencie sprzedaży urządzeń medycznych od prawie 30 lat. Firma zainstalowała ok. 3000 aparatów medycznych. Gwarantujemy stałą obsługą gwarancyjną lub pogwarancyjną, prowadzoną przez inżynierów naszej firmy. W trosce o dobro Użytkownika stworzyliśmy własne ośrodki szkoleniowo-naukowe, w których zainstalowane są aparaty medyczne będące w naszej ofercie, służące do diagnostyki oraz operacji pacjentów.

Dzięki temu, umożliwiamy naszym Użytkownikom szkolenia nie tylko na miejscu podczas instalacji aparatu, ale również przez specjalistów zatrudnionych w tych ośrodkach.

Nasi inżynierowie i specjaliści produktowi są przeszkoleni przez Producenta tomografu

w zakresie instalacji i obsługi serwisowej, w tym diagnostyce usterek i wymianie części. Ponadto posiadamy duże doświadczenie w realizacji skomplikowanych kontraktów

i instalacji. W ciągu ostatnich trzech lat firma zainstalowała w Placówkach Zdrowia łącznie ponad 170 urządzeń, o łącznej wartości ponad 104 milionów złotych, z czego w 18 przypadkach zamówienia obejmowały roboty budowlane/adaptacje, na które to posiadamy referencje będące poświadczeniem należytego wykonania zamówienia, na czym Zamawiającemu zależy.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy treści umowy w § 8 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawę sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający uzyskał dotację zewnętrzną, która musi zostać wykorzystana w terminie. Stąd represyjny charakter kary umownej.

Pytanie nr 4

Dotyczy treści umowy w § 8 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca do 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający uzyskał dotację zewnętrzną, która musi zostać wykorzystana w terminie. Stąd represyjny charakter kary umownej.

Pytanie nr 5

Dotyczy treści umowy w § 8 pkt 2

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy tabeli parametrów techniczno - użytkowych pkt 120

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu w celu usunięcia wady, usterki do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii).

Odpowiedź : Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia diagnostyki lub naprawy telefonicznie lub przez łącze internetowe maksymalnie 24 godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i 48 godzin od zgłoszenia, na przyjazd serwisu do miejsca instalacji urządzenia, jeżeli interwencja teleserwisowa okaże się nieskuteczna.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki typ wentylacji występuje w pomieszczeniu, gdzie będzie eksploatowany aparat? Mechaniczna czy grawitacyjna?

Odpowiedź : W pomieszczeniu, gdzie znajduje się aparat jest wentylacja mechaniczna.

Pytanie nr 8

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

W sytuacji posiadania wentylacji grawitacyjnej zwracamy się z prośbą o udostępnienie protokołu wydajności wentylacji przez Zamawiającego na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni.

Odpowiedź : W pomieszczeniu, gdzie znajduje się aparat jest wentylacja mechaniczna.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.

Odpowiedź : Zamawiający udostępnia (skany w załączeniu)

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

Odpowiedź : Określenie przeznaczenia pomieszczeń sąsiadujących z pracownią znajduje się w Projekcie ochrony radiologicznej, przedstawionym w odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)

Odpowiedź : Zamawiający wskazuje jako osobę kompetentną do udzielenia powyższych informacji Panią Monikę Banach, tel. 18 3301750, e-mail: rtg@szpitallimanowa.pl

Pytanie nr 12

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy

z urządzeniami radiologicznymi?

Odpowiedź : Tak spełnia.

Pytanie nr 13

W sytuacji, kiedy w/w czynności będą w zakresie Wykonawcy zwracamy uwagę, iż:

- termin wykonania projektu wentylacji oraz zaopiniowanie go może potrwać nawet ponad 45 dni
- termin zaopiniowania projektu osłon stałych przez WSSE - 30 dni

Biorąc pod uwagę powyższe na samo uzyskanie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca potrzebuje min. 75 dni, dlatego wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ jest niemożliwe do zrealizowania i prosimy aby Zamawiający rozdzielił termin dostawy i termin wykonania projektu osłon stałych.

Odpowiedź : Kwestię tę reguluje § 10 projektu umowy.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź : Każdy może dokonać wizji lokalnej, we własnym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Robertem Witowskim (tel. 734 128 593) w dni robocze w godzinach 8-14.

Pytanie nr 15

Dotyczy punktu II. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu o obciążeniu stołu 205 kg lub przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie stołu o udźwigu 300 kg?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tomografu o udźwigu stołu 300 kg. z zachowaniem precyzji pozycjonowania $\pm 0,25\text{mm}$.

Pytanie nr 16

Dotyczy punktu IV. 29.

Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie matrycy rekonstrukcyjnej 1024x1024?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tomografu o matrycy rekonstrukcyjnej 1024x1024.

Pytanie nr 17

Dotyczy punktu IV. 31.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu dla którego rozdzielczość przestrzenna wynosi 17 pl/cm w punkcie 0% krzywej MTF?

Odpowiedź : Tak, jeżeli zaoferowany tomograf spełnia jednocześnie warunki zawarte w p. IV.31.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Pytanie nr 18

Dotyczy punktu IV. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu przygotowanego do sprzężenia ze wstrzykiwaczem w sposób zapewniający możliwość automatycznego rozpoczęcia akwizycji w momencie napływu środka cieniującego oraz przesyłanie danych o dawce bezpośrednio ze wstrzykiwacza do systemu RIS/PACS?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy punktu VII 81.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji bez fuzji SPECT?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 64

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga, do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych, akwizycji danych z synchronizacją z przebiegiem EKG.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zapisów SIWZ

Celem przygotowania oferty, pozostającej w zgodzie z przepisami prawnymi - podatkowymi, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie stawki VAT, określenie stawki VAT na fakturze, a jednocześnie prosimy Zamawiającego aby zgodził się wystawić Wykonawcy oświadczenie, że sprzęt medyczny stanowiący przedmiot odkupu podlega generalnemu zwolnieniu z VAT lub oświadczenia o tym, że podlega opodatkowaniu 8%. - według załączonego wzoru. Oświadczenie będzie niezbędne Wykonawcy w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego.

Odpowiedź : Wg Zamawiającego sprzedaż używanego tomografu komputerowego objęta będzie zwolnieniem na podstawie art 43 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Pytanie nr 3 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w przypadku realizacji umowy na początku 2020 roku system może być wyprodukowany w 2020 roku?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w roku 2019

Pytanie nr 4 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: "Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotów zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych".

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC

z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery

i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy,

jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją."

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 120

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia treść pkt.120 tabeli parametrów techniczno – użytkowych na: Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia diagnostyki lub naprawy telefonicznie lub przez łącze internetowe maksymalnie 24 godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i 48 godzin

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

od zgłoszenia, na przyjazd serwisu do miejsca instalacji urządzenia, jeżeli interwencja teleserwisowa okaże się nieskuteczna.

Pytanie nr 6 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 121

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?"

Odpowiedź :Zamawiający zmienia treść pkt.121 tabeli parametrów techniczno – użytkowych na: Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia diagnostyki lub naprawy telefonicznie lub przez łącze internetowe maksymalnie 36 godzin w dni: od soboty do niedzieli oraz dni ustawowo wolne od pracy i 48 godzin od zgłoszenia na przyjazd serwisu do miejsca instalacji urządzenia, jeżeli interwencja teleserwisowa okaże się nieskuteczna.

Pytanie nr 7 - Dotyczy zał. Umowa, §8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: "Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom"

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem "motywującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 106

Ponieważ ze względu na długość trwania procedury administracji państwowej np.: oczekiwanie na wydanie zezwolenia na użytkowanie aparatu od WSSE, prosimy o zmianę zapisu na : szkolenie w wymiarze 3 dni bezpośrednio po uzyskanie decyzji WSSE"

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pkt. 106 precyzuje termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia jako nieprzekraczalne 3 dni od przekazania aparatu do eksploatacji, a eksploatacja aparatu zgodnie z prawem może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Szpital zezwolenia na użytkowanie aparatu od WSSE.

Pytanie nr 9 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 111

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli ekspertyza konstrukcyjna wykaże konieczność wykonania wzmocnienia stropu a tym samym uzyskania zezwolenia na budowę Zamawiający wydłuży czas na realizację umowy o czas wynikający z uzyskania ww. Zezwolenia. Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej projektu i dokumentacji powykonawczej obecnego stropu lub istniejącego wzmocnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z §10 projektu umowy.

Pytanie nr 10 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 112

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli projekt wykaże konieczność wykonania nowego przyłącza energetycznego zasilającego tomograf a tym samym uzyskania zezwolenia na budowę Zamawiający wydłuży czas na realizację umowy o czas wynikający z uzyskania ww. Zezwolenia.

Odpowiedź: Zgodnie z §10 projektu umowy.

Pytanie nr 11 - Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje wymiany oświetlenia w pracowni tomografu?

Odpowiedź: Zamawiający, nie wymaga wymiany oświetlenia.

Pytanie nr 12 - Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca. Konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego.

W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych, pkt 101

Czy Zamawiający oczekuje załączenia powyższych dokumentów do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia powyższych dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 - Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, które dokumenty należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt 8.

Pytanie nr 15 - Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych pkt 104 oraz SIWZ - rozdział 8

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instrukcje obsługi mają być dostarczone wraz z dostawą aparatu, a nie wraz z dokumentami na wezwanie.

Odpowiedź: Tak. Wraz z dostawą.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA