



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/52/D/Nu/A/2019/144/2019**

Limanowa dnia: 2019-10-28

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-10-24, 25, 29 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony – procedura poniżej 30 000 €** na:

**Dostawa próbek, wymazówek, pojemników medycznych, ez bakteriologicznych, szczotek cytologicznych, pipet, mikrokuwet do oznaczania glukozy oraz barwników laboratoryjnych ujęte w 6 zadaniach częściowych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zestaw 1**

**Pytanie 1**

Pakiet nr 3 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 188mm, długość aplikatora 20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Zestaw 2**

**Pytanie 1**

**Pytania dotyczące umowy:**

**Dotyczy § 1 ust. 4**

**Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na:**

**„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 2**

**Dotyczy § 2 ust.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?**

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 3**

**Dotyczy § 2 ust.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „...w terminie 48 godzin..” na „ w terminie 48 godzin roboczych...”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 4**

Dotyczy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 5**

**Dotyczy § 6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „**5 % niezrealizowanej wartości umowy.**”

*Obecny zapis jest mało precyzyjny. Można domniemywać, że Zamawiający ma na myśli kary wysokości 10 % liczone od wartości całej umowy.*

*Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.*

*W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 6**

**Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia**

Dotyczy pakietu 1:

Pozycja 1 – punkt na 1,0 ml krwi:

Czy Zamawiający dopuści probówki do morfologii, o wym. 12x75mm z płynnym, rozpylnym roztworem EDTA-K2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 7**

**Pozycja 1 – punkt na 1,5 ml krwi:**

Czy Zamawiający dopuści Probówki na 2 ml krwi, o wym. 12x75mm z płynnym, rozpylnym roztworem EDTA-K2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 8**

Pozycja 6

a) Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskania surowicy o poj. 4 ml (o wym: 12 x 75 mm), z korkiem, z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z tworzywa PP o wysokiej przejrzystości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

b) Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskania surowicy o poj. 4 ml (o wym: 12 x 75 mm), z tworzywa MEDOPLAST- tworzywo podobne właściwościami do polistyrenu, z korkiem i granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 9**

Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 7 ml (Φ13x100 mm), okrągłodenne, z PS?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 10**

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści probówki z PS, okrągłodenne z korkiem, sterylne, z etykietą, o poj. użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml o wym. 16x100 mm, pakowane po 5 szt?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 11**

Dotyczy pakietu 2:

Pozycja 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści Wymazówki klasy I?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r o wyrobach medycznych (zwaną dalej Ustawą), Dyrektywą MDD 93/42/EWG UE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (zwane dalej Rozporządzeniem), wymazówki w zależności od sposobu ich stosowania mogą być:

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

- wyrobami medycznymi inwazyjnymi (inwazyjny wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu medycznego, który jest wprowadzany lub które jest wprowadzane, w całości lub części, do wnętrza ludzkiego ciała przez otwory ciała albo przez jego powierzchnię - art. 2 pkt. 15 Ustawy), jeśli pobierany jest materiał z otworów ciała lub jego wnętrza;
- wyrobami nieinwazyjnymi (par. 1 ust. 9 Rozporządzenia)- jeśli służą do pobierania i przeniesienia materiału do badań bez kontaktu z ciałem ludzkim.

Niezależnie od tego, czy są wyrobem inwazyjnym, czy nieinwazyjnym - wymazówki są wyrobami medycznymi chwilowego użytku, gdyż mają kontakt z ciałem krócej niż 60 min (par. 2 ust. 1 Rozporządzenia). Zgodnie z Rozporządzeniem - jako wyrobu nieinwazyjnego - wymazówek bez podłoży transportowych nie dotyczy Reguła 2 lit. a (par. 4 ust. 2 ppkt. 2 lit. a). Tak więc zgodnie z Regułą 1 oraz Regułą 2 lit. b należy je zaliczyć do klasy I. Natomiast jeśli chodzi o wymazówki jako wyroby inwazyjne chwilowego użytku - to zgodnie z Regułą 5 - również są zaliczane do klasy I.

W związku z powyższym wielu wytwórców nie klasyfikuje wymazówek do klasy IIa, a tylko - zgodnie z Rozporządzeniem - do klasy I.

Zarówno wymazówki klasy I, jak i wymazówki klasy IIa podlegają obowiązkowi certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też Klasa IIa nie wskazuje na to, że wymazówki te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I zwłaszcza, iż produkowane są w tych samych warunkach, z tych samych produktów, przez tych samych producentów.

Nie dopuszczenie wymazówek klasy I stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji, poprzez uniemożliwienie złożenia ważnych ofert wielu wykonawcom.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

#### **Pytanie 12**

Pozycja 5, 9, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu?

*Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, wyłącza poz. 9, pozostałe pozycje zgodnie z IWZ

#### **Pytanie 13**

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach: 30 x 115 mm, z podziałką co 2,5 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

#### **Pytanie 14**

Dotyczy pakietu 4:

Pozycja 9, 10, 12, 13

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z PP z zakrętką z PE?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

#### **Pytanie 15**

Pozycja 12, 13

Czy Zamawiający wymaga aby łopatką oddalona była od dna pojemnika maksymalnie o 1 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 16**

Dotyczy pakietu 3:

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek cytologicznych typu Cervex do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie jednocześnie komórek z szyjki macicy, z kanału szyjki oraz strefy transformacji, przeznaczone do wykonania cytologii metodą konwencjonalną oraz metodą badania jednowarstwowego (wachlarz zdejmowany z trzonka), pakowane indywidualnie, sterylne?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

#### **Pytanie 17**

##### Dotyczy terminu składania ofert

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

#### **Zestaw 3**

##### **Pytanie 1**

##### Zadanie 2

Czy w poz. 8 ilość jest prawidłowa?

**Odpowiedź:** Tak

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 9? Produkt jest nietypowy i oferowany tylko przez jedną firmę w Polsce co stanowi naruszenia uczciwej konkurencji. Zamawiający wymaga równoważnych produktów w poz. 7 i 8.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

##### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 14 produkt równoważnego. Opis „ciekle podłoże VICUM 2 ml” stanowi naruszenia uczciwej konkurencji ponieważ dotyczy produkt konkretnego producenta i dystrybutora, uniemożliwiając w tym sposobem złożenie oferty przez inne firmy oferujących wyższej jakości produktów w niższej cenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Zestaw 4**

##### **Pytanie 1**

Czy w zadaniu nr 2 i 4 Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

#### **Zestaw 5**

##### **Dotyczy treści IWZ**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku w pozycjach, gdzie jednostką miary jest sztuka?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

##### **Dotyczy treści przedmiotu zamówienia**

##### **Pytanie 2**

Zad. 1 p. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na próbówki 16x100 mm z uwagi na brak na rynku próbek 10x100 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

##### **Pytanie 3**

Zad. 1 p. 9 pyt. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na próbówki 13x 100 mm?

**Odpowiedź:** Tak

##### **Pytanie 4**

Zad. 1 p. 9 pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji z zadania z uwagi na brak dostępu na rynku do próbek 10x100 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraził zgodę na próbówki 13x 100 mm

##### **Pytanie 5**

Zad. 1 p.12 Czy Zamawiający nie będzie wymagał, aby płyty do oznaczania grup krwi posiadały rowek usztywniający? Wprowadzenie tego wymogu oznaczałoby, że tylko firma Medlab-Products z siedzibą w Raszynie będzie mogła złożyć ofertę na zadanie 96. Wspomniany Wykonawca jest jedynym producentem płyt na polskim rynku z rowkiem usztywniającym, a jego praktyki w zakresie sprzedaży płyt do analizy grup krwi z rowkiem usztywniającym uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

##### **Pytanie 6**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Zad. 3 p. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki dł. 150 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 7**

Zad. 4 p. 2 dot. końcówek niebieskich. Czy Zamawiający zgodzi się na spakowanie po 1000 szt.

i odpowiednie przeliczenie oferowanej ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 8**

Zad. 4 p. 2 dot. końcówek białych. Czy Zamawiający zgodzi się na spakowanie po 250 szt.

i odpowiednie przeliczenie oferowanej ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej  
*dr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA