



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/62/D/N/AC/2019/161/2019

Limanowa dnia: 2019-11-26

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-11-21, 2019-11-22 i 2019-11-25 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 20 zadaniach dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznik nr 6 formularz asortymentowo-cenowy zadanie nr 3 pozycja 7:

Z uwagi na trwałą zmianę wielkości opakowania wprowadzoną przez producenta prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie 4% cytrynianu sodu (136 mmol/l) w workach o objętości 1500 ml. Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku zgody prosimy jednocześnie o informację czy należy przeliczyć ogólnie zapotrzebowaną ilość roztworu (400 l) na proponowaną objętość roztworu w worku, czyli 267 sztuk po 1,5 l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 2

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 25ml? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 3

Pytanie nr 1 - czy zamawiający w pakiecie 2 wymaga prostego toru przepływu,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - czy zamawiający w pakiecie 2 będzie wymagał objętości wypełnienia nie większej niż 0,07 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - czy zamawiający w pakiecie 2 dopuści system bezigłowy posiadający mechanizm zapobiegający wstęcznemu wypływowi krwi do cewnika, niwelując ryzyko zatkania cewnika

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - czy zamawiający w pakiecie 2 będzie wymagał system bezigłowy z objętością wypełnienia nie większą niż 0,2 zapewniający szczelność przed w trakcie i po użyciu,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - czy zamawiający w pakiecie 2 celem zakupu sprzętu najwyższej jakości będzie wymagał badań klinicznych potwierdzających skuteczność wypłukania krwi z bezigłowych systemów. Jest to istotne ze względu na ryzyko formacji biofilmu, co może zwiększyć ryzyko kolonizacji cewnika, a w konsekwencji odcewnikowego zakażenia krwi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z zadania 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Zestaw 5

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 3 zadanie 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania 3 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 6

Pytanie nr 1 - Dotyczy Zadania nr 15 poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością podłączenia zastawki PEEP, przy zastosowaniu dodatkowej złączki?

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości oddechowej 1060 ml?

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka 320 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 7

Zadanie nr 10

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach 4.17, 4.18, 4.19 i 4.20 protez o średnicy 11,5 F.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na protezy do dróg żółciowych w pozycjach nr 4 Zadania 10-ego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 16

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów skórnych ze zszywkami o średnicy 0,6mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 8

Dotyczy zadania 14

Pytanie nr 1 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 14 Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia "Blue Rhino" (do wprowadzenia metodą Seldingera) w skład którego wchodzi:

- " Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca,
- " Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).
- " Rozszerzacze (3 szt.) ładujące do rurki tracheostomijnej (21 dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8 i 27Fr dla rurki 9)
- " 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G
- " Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm
- " Skalpel jednorazowego użytku nr 15
- " Strzykawka jednorazowa
- " Czerwony pojemnik na zużyte igły
- " Żel poślizgowy, gąbki z gazy.

Całość sterylna. Etykiety samoprzylepne do wklejania do protokołu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Dotyczy zapisów siwz i umowy

Pytanie nr 2 - Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w zadaniu 14 asortymentu posiadającego etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 9

Pakiet 9

Pytanie nr 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający zestawu do ortopedycznego odsysania pola operacyjnego z 3 różnymi końcówkami: końcówki ssącej prostej z otworami odbarczającymi dł. min. 28 cm, końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dł. min. 15 cm, końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dł. min. 23 cm, drenu do ssaka z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. min 70 cm w komplecie z 2 wymiennymi filtrami podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo- foliowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11 poz. 2

Pytanie nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leków o poniższych parametrach : Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków, bez odpowietrzenia. Przestrzeń martwa przyrządu - 0,06 ml, Możliwość użycia przez 600 aktywacji. W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiającą bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka. Zawór z minimalną przestrzenią martwą, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przyrząd pakowany pojedynczo - sterylne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13 poz. 2

Pytanie nr 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego z jedną końcówką o pojemności 10 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 10

Pytanie nr 1 - Dotyczy Zadania nr 15 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatorów z zastawką PEEP mocowaną za pomocą łącznika o pojemności worka samorozprężalnego 1500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Zadania nr 15 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatorów z zastawką PEEP mocowaną za pomocą łącznika o pojemności worka samorozprężalnego 280 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna