



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/62/D/N/AC/2019/162/2019

Limanowa dnia: 2019-11-27

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2019-11-25 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 20 zadaniach dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zastawkę posiadającą nieprzezroczystą niebieską membranę, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20ml do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 2

Pytanie nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigowego, którego specjalna konstrukcja gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną, kompatybilny z MRI, o objętości wypełnienia 0,089ml i efekcie negatywnym na poziomie 0,02ml, mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu, możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść, nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczu oraz chemioterapeutyków.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z możliwością użytkowania 7 dni i 600 wejść?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 3

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 4 poz. 1 - Zamawiający rozumie poprzez „standardowe” łyżki do laryngoskopu?

Odpowiedź: Zgodnie z powszechnie dostępną definicją.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 4 poz. 4 - Co Zamawiający rozumie poprzez „standardowe” rękojeści bateryjne, z którymi mają współpracować łyżki?

Odpowiedź: Zgodnie z powszechnie dostępną definicją.

Zestaw 4

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 15 poz. 2, 4, 5

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na resuscytatory z zastawka PEEP mocowana za pomocą łącznika oraz o pojemności worka samorozprężalnego, dla dorosłych 1500 ml, dzieci 550 ml oraz noworodków 280 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 11 poz. 2

Czy zamawiający ze względu na wycofanie produktu "Przyrząd do transferu leków CYTOLUER do worka typu Viaflo", dopuści produkt równoważny dedykowany do worków Viaflo z wytycznymi producenta worków z przeznaczeniem do portu infuzyjnego worka, do dostrzykiwania i podaży płynów, leków, cytostatyków i żywienia do worka Viaflo typu CytoLuer. Przyrząd do nakłucia portu iniekcyjnego w worku Viaflo; system zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się igły z portu worka typu podwójne V. Igła 16G zapobiegająca przed defragmentacją korka portu worka. System wyposażony w zawór bezigłowy Luer-Lock z koreczkiem zapobiegającym kontaminacji portu oraz brak konieczności dezynfekcji przed pierwszym podłączeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Zadanie 2

Czy Zamawiający pod pojęciem „zastawka wyposażona w automatyczny system (bez metalowych elementów), który zapobiega cofaniu się leku/krwii w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki/linii infuzyjnej” rozumie i będzie wymagał zastawki wyposażonej w automatyczny system pozytywnego wyrzutu od zastawki o wartości min. 0,03ml (bez metalowych elementów), który zapobiega cofaniu się leku/krwii w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki/linii infuzyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 5

Pytanie nr 1 - Zadanie 13 Zadanie 13 - Maski krtaniowe, pojemniki do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego

Maski krtaniowe, pojemniki do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 sterylnej pojemnika do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 15 ml, celem dopuszczenia większej liczby Oferentów, co pozwoli Państwu na uzyskanie jak najlepszej oferty przetargowej w w/w zadaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 15 - Maski tlenowe, twarzowe, nebulizatory, resuscytatory

Pytanie nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 resuscytatorów dla dorosłych o objętości oddechowej 1600 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga w zestawie masek twarzowych dla pozycji nr 2 i 4?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach nr 2, 4, 5 resuscytatorów wielorazowego użytku stosowanych obecnie przez Państwa placówkę z możliwością sterylizacji wszystkich elementów z wyłączeniem rezerwuaru tlenowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DIKRETOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna