

Poznań, dnia 09.01.2020r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego – VII Części, nr sprawy ZP/6636/D/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytanie i odpowiedź:

1. Zapytanie do Cz. VII Waga analityczna

Czy zamawiający dopuści wagę semi-micro o max.nośności 220g, dokładności odczytu 0,01mg i działce legalizacyjnej 0,1mg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wagę o max. nośności 220g, nie dopuszcza dokładności odczytu 0,01 mg i nie dopuszcza działki legalizacji 0,1 mg. Dopuszcza natomiast dokładności odczytu 0,1 mg i działki legalizacji 1 mg.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się obniżyć wysokość kary umownej wskazanej w § 7 pkt b wzoru umowy do poziomu 0,5% przy czym kara umowna byłaby naliczana nie od wartości całej umowy, jak obecnie a jedynie od wartości niezrealizowanej w terminie części umowy.

Uzasadnienie:

Wykonawca jest świadomy, że Zamawiający jest uprawniony do kształtowania postanowień przyszłej umowy o zamówienie publiczne, jednakże to uprawnienie Zamawiającego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 30.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17).

Wysokość kary umownej musi być zatem adekwatna do wagi naruszeń i poniesionego przez Zamawiającego uszczerbku.

W świetle powyższej argumentacji uzasadnione jest ponadto, aby kara umowna za opóźnienie w dostawie, o ile opóźnienie dotyczy nie całej dostawy, a jedynie jej poszczególnych elementów, była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku, gdy wykonawca zrealizuje na czas znaczącą część zamówienia, kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet może przewyższać wartość niezrealizowanej

części umowy. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszy zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zwracamy także uwagę, że w sytuacji, gdy wykonawcy zdecydują się na wzięcie udziału w postępowaniu, będą oni zmuszeni uwzględnić ryzyko zapłaty tak wygórowanych kar umownych w kalkulacji, co bezpośrednio przełoży się na ceny złożonych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z § 7 ust. 1 lit. b IPU: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości brutto umowy w zakresie danego urządzenia, określonej w §2 i ofertą Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem winy Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, należy podkreślić, że kara umowna będzie naliczana od wartości brutto umowy w zakresie danego urządzenia (którego nie dostarczono w terminie), a nie każdorazowo od wartości całej umowy.

Warto również dodać - że mając na uwadze, iż termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert oraz że zgodnie z § 7 ust. 4 IPU wysokość kary umownej naliczonej na podstawie §7 ust. 1 pkt b) nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy danego urządzenia określonej w § 2 i ofertą Wykonawcy - kara umowna w obecnym kształcie nie może zostać uznana za nadużycie ze strony Zamawiającego.

3. Dot. części 7

Prosimy o wyjaśnienie czy w treści SIWZ nie zaszła omyłka pisarska i zamiast wagi o maksymalnej nośności 22g, nie powinna być wyspecyfikowana waga analityczna o maksymalnej nośności 220g?

UZASADNIENIE:

Wagi analityczne o dokładności 0,1mg z reguły posiadają maksymalną nośność ok.200-230g

ODPOWIEDŹ: Zamawiający prostuje dokonaną omyłkę, maksymalna nośność wagi to 220g.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

PROREKTOR

prof. dr hab. Marek Nawrocki