



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/09/D/N/L/2020/22/2020

Limanowa dnia: 2020-01-31

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2020-01-29 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie $-20^{\circ}/+10^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie min. $-20^{\circ}/+10^{\circ}$ realizowaną za pomocą pilota przewodowego.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie $-5^{\circ}/+75^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie min. $-5^{\circ}/+75^{\circ}$ realizowaną za pomocą pilota przewodowego.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie $+5^{\circ}/-85^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie min. $+5^{\circ}/-85^{\circ}$ realizowaną za pomocą pilota przewodowego.

4. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną pozycją Trendelenburga 20° ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną pozycją Trendelenburga min. 20° realizowaną za pomocą pilota przewodowego.

5. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną pozycją anty - Trendelenburga 10° ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z elektryczną pozycją anty - Trendelenburga min. 10° realizowaną za pomocą pilota przewodowego.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA