



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/09/D/N/L/2020/24/2020**

Limanowa dnia: 2020-02-03

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2020-01-31 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,**

**Zadanie 3**

1. Czy Zamawiający dopuści stół z tapicerką spełniającą wymagania pkt 5 w kolorze czarnym lub z możliwością wyboru koloru, jednak bez właściwości antystatycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem właściwości antystatycznych.

2. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 480 - 900mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie od +21o do -10o?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu nożnego w zakresie od +32o do -50o?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga do 12 stopni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w pkt 11 pozycja anti-Trendelenburga powinna być wyrażona w stopniach, czyli Zamawiający wymaga min.10°?

**Odpowiedź:** Tak

7. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją segmentu głowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści stół o wadze +/- 90kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści stół z maksymalnym poborem mocy 200Watt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w szyny montażowe umieszczone przy segmencie pleców i siedziska po obu stronach blatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podpórkę ręki z regulacją kąta nachylenia względem blatu i podłogi ale bez regulacji wysokości, gdyż ta jest dopasowana do konstrukcji stołu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści bariery boczne odejmowane, ale nie odchylane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

13. Czy Zamawiający dopuści stół bez barierek bocznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*dr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany

