

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 21/21PN/2020/4

Bytom dnia: 2020-07-27

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet nr 104

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik jest przezroczysty, odporny na zaginanie. Posiada znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30° o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Wojciech Wieczorek