

Bytom dnia: 2020-08-10

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet nr 101

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych zakrzywionych z kontrolowanym dociskiem tkanki/regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1,0-2,5mm, w rozmiarach 21, 24 (wysokość otwartej zszywki 4,5mm), 26, 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 106

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków 200ml w rozmiarze 85x185mm, do trokara 10mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków 800ml w rozmiarze 160x200mm, do trokara 10mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

