

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 21/21PN/2020/15

Bytom dnia: 2020-08-20

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-08-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

„Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99% skuteczność p/ wirusowa 99,99%, ukośne złącze 15M - 22M/15F możliwość podłączenia

W PAKIECIE NR 22, POZ. 1 ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

„Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99999% skuteczność p/ wirusowa 99,99999%, ukośne złącze 15M - 22M/15F możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa max 14ml, objętość oddechowa 50-250ml, waga do 15g, pakowany pojedynczo, filtr walidowany do prądków gruźlicy, HIV i WZW C”

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra:*

kapnometrii, przestrzeń martwa max 23ml, objętość oddechowa 50-900ml, waga do 15g, pakowany pojedynczo ?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra:*

„Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99999% skuteczność p/ wirusowa 99,999%, proste złącze 15M - 22M/15F możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa max 12ml, objętość oddechowa 75-300ml, waga do 8g, pakowany pojedynczo ?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra:*

Szersza objętość oddechowa 150-1500ml, waga do 31g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?  
Zaoferowane parametry są standardowymi parametrami dla filtrów oddechowych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

