

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 21/21PN/2020/11

Bytom dnia: 2020-08-20

## **ODPOWIEDŹ** na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 22 poz 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielnie poz 1 oraz utworzenie osobnego pakietu - pozwoni to na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody, zbyt niska wartość pozycji aby było opłacalne wydzielenie pozycji.*

Pakiet 22 poz 1 Prosimy Zamawiającego o możliwość zaproponowania w poz 1 dwóch filtrów dla dwóch różnych objętości oddechowych do wyboru przez Zamawiającego  
Filtr nr 1 dla poz 1 - Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności filtracji bakterii > 99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusów na > 99,999%, z ukośnym złączem 22F/15M- 22M/15F z możliwością podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa 44ml, objętość oddechowa 150-1200ml, waga 21g, pakowany pojedynczo, sterylne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Filtry oddechowe są dla niemowląt i małych dzieci.*

Filtr nr 2 dla poz 1 - Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności filtracji bakterii > 99,999% , skuteczność filtracji wirusów 99,99% ze złączem prostym 22F/15M- 22M/15F z możliwością podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa 11ml, objętość oddechowa 30-100ml, waga 8g, pakowany pojedynczo, sterylne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie zupełnie przestrzeń martwa za niska skuteczność filtracji*

Pakiet 22 poz 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni filtra elektrostatycznego o skuteczności filtracji bakterii > 99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusów > 99,999% ze złączem kolankowym oraz możliwością podłączenia kapnometrii o przestrzeni martwej 36ml, objętości oddechowej 150-1200ml, wadze 19g, pakowany pojedynczo, sterylne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pakiet 22 poz 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni filtra elektrostatycznego, skuteczność filtracji bakterii > 99,9999% skuteczność filtracji wirusów 99,999%, złącze proste, możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa 36ml, objętość oddechowa 150-1200ml, waga 19g, pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 25 poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej, ustno - nosowej, sterylnej, jednorazowego użytku ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pierścieni ponad mankietem rurki na całym jej obwodzie, bez oznaczenia średnicy zewnętrznej rurki, bez nazwy producenta umieszczonej na korpusie rurki, bez oznaczenie rozmiaru rurki oraz producenta na baloniku kontrolnym z prowadnicą w rozmiarze od 5,0-9,0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

