

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 21/21PN/2020/31

Bytom dnia: 2020-08-21

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-08-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 14

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dorosłych, czyste mikrobiologicznie pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) neonatologiczny, jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, długość drenu 2,1m, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci, czyste mikrobiologicznie pozostałe parametry zgodnie opisem przedmiotu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 22

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99% skuteczność p/ wirusowa 99,99%, kolankowe złącze 15M - 22M/15F możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa 17ml, objętość oddechowa od 35- 250ml, waga do 19g, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,99%, skuteczność p/ wirusowa 99,99%, złącze kolankowe ukośne,

możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi korkiem Luerluck przestrzeń martwa 29ml, objętość oddechowa od 90-1000ml, waga 19g, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,9%, skuteczność p/ wirusowa 99,9%, złącze proste, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi korkiem Luerluck przestrzeń martwa 34ml, objętość oddechowa od 100-1000 ml, waga 19g, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33

poz. 1

Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularów do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytnymi na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Wykonane z jednego kawałka materiału. Dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy SIWZ i projektu umowy

1. Dotyczy: wzór umowy, par. 8 ust. 1 wzoru umowy Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „W przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie

określonym w umowie, lub nie dostarczenia pełnej ilości i rodzaju zamawianego przedmiotu umowy, bez względu na przyczynę zwłoki, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wysokość kary zostaje bez zmian, natomiast wartość ewentualnej kary będzie naliczana od niezrealizowanej dostawy.

2. Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 2a wzoru umowy Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: 3 krotnej nieterminowej realizacji dostaw”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy: wzór umowy, par. 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy: Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy: wzór umowy Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy dni roboczych - 5 dni roboczych rozumianych od poniedziałku do piątku.

5. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od

podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści: „W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Szpital odpowiada za życie i bezpieczeństwo pacjentów musi mieć narzędzia do narzędzia do egzekwowania dostaw towaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

