

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 21/21PN/2020/37

Bytom dnia: 2020-08-21

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-08-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 38 pozycja 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych, posiadających poziom protein max. 39,79 ug/g rękawicy. Opakowanie zewnętrzne próżniowe folia-folia - gwarantujące zachowanie sterylności do momentu otwarcia z listkami ułatwiającymi otwieranie. Kod EAN na dyspenserze. Opakowanie zbiorcze posiada jedną perforację na dole opakowania: szerokość wynosi: 15 cm, wysokość: 2 cm. Rękawice dostępne w rozmiarach 6.0 -9,0. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 38 pozycja 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych, posiadających opakowanie zewnętrzne próżniowe folia-folia - gwarantujące zachowanie sterylności do momentu otwarcia z listkami ułatwiającymi otwieranie. Kod EAN na dyspenserze. Opakowanie zbiorcze posiada jedną perforację na dole opakowania: szerokość wynosi: 15 cm, wysokość: 2 cm. Rękawice dostępne w rozmiarach 6.0 -9,0. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 38 pozycja 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych neoprenowych, z powierzchnią wewnętrzną polimeryzowaną, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, rękawice w kolorze zielonym, grubość na palcu 0,20-0,21mm. **Rękawice przebadane na przenikanie:** 3 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (dostępne raporty z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne próżniowe folia-folia - gwarantujące zachowanie sterylności do momentu otwarcia z listkami ułatwiającymi otwieranie. Kod EAN na dyspenserze. Rękawice dostępne w rozmiarach 6.0 -9,0.

<u>Pozostałe</u>	<u>wymagania</u>	<u>zgodnie</u>
<u>z SIWZ.</u>		

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 39 pozycja 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS 35g/m², rękawy typu raglan zakończony ok. 7 cm dzianym poliestrowym mankietem. Wiązany na podwójne troki (zewnętrzne i wewnętrzne), zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania. Szwyy wykonane czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, w części szyjnej zapięcie na rzep. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor

owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru),
w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2
samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii
i datę ważności. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-długość 120cm,
L- długość 130cm, XL- długość 140cm, XXL- długość 150cm (z tolerancją +/- 2 cm). Termin
ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 95N: odporność na przenikanie cieczy
49,5cm H₂O - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

