

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-08-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 24/ 24PN / 2020.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Tak.**

**Dotyczy pakietu nr 13 pozycja 1**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 1 w zadaniu nr 13, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający zawiadamia, iż podzieli pakiet nr 13 na dwa nowe pakiety, zmodyfikowane Załączniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szpitala.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zgodny z opisem SIWZ jednakże o długości 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego sterylne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga układu oddechowy mikrobiologicznie czysty.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego