

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 24/24PN/2020/11

Bytom dnia: 2020-09-02

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-09-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 24/ 24PN / 2020.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet nr 33

Poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjentów Zamawiający wymaga, aby produkt był pozbawiony szkodliwych ftalanów, DEHP, BPA oraz lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poz.1-5

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy uniwersalna końcówka do podłączenia tlenu powinna być kompatybilna z aparaturą wymagającą łącznika standardowego oraz z aparaturą wymagającą łącznika gwintowanego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby uniwersalna końcówka była kompatybilna dla łącznika standardowego i gwintowanego

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego