

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 24/24PN/2020/13

Bytom dnia: 2020-09-02

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-09-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 24/ 24PN / 2020.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy pakietu 25. Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jaką dla tego produktu jest opakowanie, zawierające 20 szt., prosimy o zmianę ilości asortymentu z 25 szt. na 20 szt. lub na 40 szt., będącą odzwierciedleniem lub wielokrotnością jednostki handlowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje 20szt produktu.

Dotyczy pakietu 13, poz. 3. Ze względu na wielkość jednostki handlowej, jaką dla tego produktu jest opakowanie, zawierające 20 szt., prosimy o zmianę ilości asortymentu z 12 szt. na 20 szt., będącą odzwierciedleniem jednostki handlowej tj. np. 20 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potrzebuje na cały rok 12 sztuk więc nie może zwiększyć na 20.

Dotyczy pakietu 9, poz. 1 i 2. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji 1 i 2 nie doszło do pomyłki, dotyczącej rodzaju czujnika temperatury. Do wskazanego inkubatora dedykowany jest jeden czujnik temperatury (zdjęcie), tym czasem w opisie mamy dwa różne czujniki (obwodowy i centralny), które dedykowane są do Inkubatora Caleo i Babyleo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ze względu na dwa gniazda do czujników w panelu sterowania, podaliśmy w opisie dwa rodzaje czujników. W związku z tym zamawiający wymaga tylko jednego rodzaju czujnika temperatury.

Dotyczy pakietu 9, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie - Hydrożelowa osłonka do noworodkowego czujnika temperatury, zapobiegająca nagrzewaniu, wyposażona w hypoalergiczną warstwę klejącą, pięcioramienny kształt umożliwia precyzyjne umocowanie, osłonki dostępne w dwóch rozmiarach S/M oraz L, pakowane po 100 szt. W przypadku dopuszczenia prosimy o zmianę jednostki na 1 op. = 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 2, poz. 2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje adaptera grzałki układów wielorazowego użytku do nawilzacza F&P 850? Jeżeli nie, prosimy o

wylączenie pozycji do odrębnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje adaptera do układów wielorazowego użytku.

Dotyczy pakietu 2, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie płucek jednorazowego użytku, płucka wielorazowego użytku są już niedostępne. Prosimy również rozważyć weryfikację ilości dla asortymentu jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

