



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/60/D/N/L/2020/154/2020

Limanowa dnia: 2020-10-13

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2020-10-08,09 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy krążków antybiogramowych, krążków diagnostycznych, oraz testów, kontroli, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczania lekooporności bakterii i grzybów wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania lekooporności ujęte w trzech zadaniach asortymentowych;

Prosimy o odpowiedź na pytania dla pakietu nr 3: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na terminy ważności dla pozycji 1- 17 formularza cenowego wynoszące 4-7 miesięcy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić minimalnego terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do umowy dzierżawy pakiet nr 3: 3. §1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania określonego w § 1 aparatu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu do 21 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W wypadku, gdy przewidywany termin naprawy aparatu przekroczy 2 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia aparatu zastępczy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do umowy pakiet nr 3: 5. §1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Parametry graniczne poz. 10-16 w formularzu asortymentowo-cenowym na płytkach Petriego o średnicy 90 mm, podłoża chromogenne muszą posiadać certyfikat kompatybilności z oferowanym analizatorem oraz certyfikaty kontroli jakości każdej serii podłoży. Certyfikat kontroli jakości każdej serii podłoży w wersji papierowej dołączyć do każdej dostawy zawierające minimum: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki, kolor, pH, charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, każda płytka musi posiadać oznakowanie (nadruk) na denku z podaniem nazwy pożywki, nr. serii i daty ważności. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia certyfikatów kontroli jakości na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie certyfikatów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”? Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PEACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. §5 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zamówienia będą przekazywane drogą elektroniczną przez osoby wskazane w umowie na adres:”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Wykonawca ponosi różnicę kosztów wynikającą z udzielenia zamówienia zastępczego i ceną określoną w umowie, o ile takie było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych kosztów”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie wystąpienia zwłoki w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1,5 % wartości netto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

9. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pakiet 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych o średnicy 6,5 mm pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 pozycja 6 Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania krążka z amoksylicyną w stężeniu 25 ug zamiast 10 ug.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 wymagania wobec wykonawców pozycja 5 . Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jednego rodzaju krążka od innego producenta niż pozostałe krążki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w dwóch pozycjach 39 i 48 krążków innego producenta kompatybilnych z użyzonymi dyspenserami?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna