



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/71/D/N/AC/2020/ /2020

Limanowa dnia: 2020-11-18

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2020-11-17 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych, rękawic diagnostycznych oraz masek FFP2 ujętych w 7 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 - W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa użytkowania oferowanych wyrobów, prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski, powinny być zgodne z wymogiem SIWZ oznaczone znakiem CE, ale wraz z numerem jednostki notyfikującej dany wyrób, co umożliwia jego weryfikację i zabezpiecza Państwa przed zakupem masek, nie certyfikowanych lub certyfikowanych nieprawidłowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż oczekują Państwo maski FFP2 o skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 %" dotyczy filtracji bakteryjnej (BFE) oraz filtracji cząsteczkowej dla cząstek o wielkości maks. 0,1 mikrona. Brak określenia wielkości cząstek, do których odnosi się wymagana skuteczność filtracji w żaden sposób nie gwarantuje Państwu bezpieczeństwa użytkowania, szczególnie w wypadku pandemii Covid-19 i jest w praktyce bezużyteczna, a jednocześnie niewiarygodna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek FFP2, które przeszły procedurę badania typu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 odnoszącym się do Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) i spełnia odpowiednie wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz posiadają raport z ww. badania przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie odnośnie przetargu na maski ffp2 [pakiet 5]"1 -

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający dopuszcza maskę kn 95?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 - Czy maska musi być pakowana hermetycznie?

Odpowiedź: Nie.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek filtrujących FFP2/KN95 posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009. Bez zaworu wydechowego. Sklasyfikowanych jako środki ochrony osobistej. Wykonanych z trwałego, grubego polipropylenu. Materiał maski trójwarstwowy o podstawowych parametrach: 50gsm włóknina zewnętrzna + 50gsm wprasowana na gorąco bawełna + 25gsm włóknina MELT-BLOWN x2 (BFE ≥95) + 25gsm dodatkowa wbudowana włóknina. Maski zakończona gumkami na końcach, zacisk nosowy do formowania półmaski w obrębie nosa. Pozwala normalnie mówić i oddychać. Mocowanie za pomocą 2 gumek. Chroni przed zarażeniem drogą kropelkową. Bezzapachowa, hipoalergiczna. Stawiająca niski opór wydechowy.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PIACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ .

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1 - Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 4 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych, posiadających lepszy poziom AQL = 1,0 oraz grubość na dłoni, wynoszącą 0,35 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 4 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych, posiadających lepszy poziom AQL = 1,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Cena ustalona w dniu zawarcia umowy nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem zmian przewidzianych Umową..”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 - Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine:

„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT która da swojej ważności nie wymaga formy pisemnego aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust 6 nadając mu brzmienie. „6. Propozycja zmiany cen musi być udokumentowana i zaakceptowana przez Zamawiającego, przy czym zmiana wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje do daty wejścia w życie tej zmiany i obejmuje zmianę ceny brutto z pozostawieniem ceny netto bez zmian”

Pytanie nr 5 - Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub

w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” Wnosimy

o również o wykreślenie § 9 ust. 1 pkt 6) z projektu umowy. UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,

a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust 1 pkt 6 nadając mu brzmienie: „zmiany cen producenta i kursy waluty, w której Wykonawca rozlicza się z Producentem w odniesieniu do wartości z daty podpisania umowy o +/- 10%,”.

Pytanie nr 6 - Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego

kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5

KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie

w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 - Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 13 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy

miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do

wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa -

ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie

i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Zamawiający w § 5 dodaje ust 13 o treści: „13. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru niż 150% ilorazu ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy, na które umowa została zawarta”

Pytanie nr 8 - Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 i 3 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do poziomu 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ukształtował karę umowną jako represyjno – prewencyjną albowiem z uwagi na prowadzoną działalność i sytuację związaną ze zwalczaniem Covid-19 musi mieć pewność realizacji umów przez Wykonawców.

Pytanie nr 9 - Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust 6 nadając mu brzmienie. „6. Propozycja zmiany cen musi być udokumentowana i zaakceptowana przez Zamawiającego, przy czym zmiana wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje do daty wejścia w życie tej zmiany i obejmuje zmianę ceny brutto z pozostawieniem ceny netto bez zmian”

Pytanie nr 10 - Wnosimy o wykreślenie § 13 ust. 1 i 2 z projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 - Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Odpowiedź: Zamawiający w § 5 dodaje ust 13 o treści: „13. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru niż 150% ilorazu ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy, na które umowa została zawarta”

Pytanie nr 12 - Pytanie dotyczące zmiany cen:

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust 1 pkt 6 nadając mu brzmienie: „zmiany cen producenta i kursy waluty, w której Wykonawca rozlicza się z Producentem w odniesieniu do wartości z daty podpisania umowy o +/- 10%,”.

Zestaw nr 5

Pytanie nr 1 - Pakiet 3, Pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny z obrotową końcówką luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Pakiet 3, Pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o długości 30 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 - Pakiet 3, Pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o długości 100 mm, z objętością wypełnienia 0,8 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 - Pakiet 4, Pozycja 2

Czy zamawiający wydzieli pozycje nr 2 celem zwiększenia ilości złożonych ofert?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 - Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'5 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Pakiet 7

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m². Poliestrowe szwy dodatkowo zakryte taśmą. Pokrowce wykończone gumką z dodatkowym wiązaniem. Kolor biały z niebieską taśmą. Nie posiadające antypoślizgowej podeszwy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Pakiet 7 – Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby pokrowce były zgodne z normą PN-EN 14126.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 6

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz.1 i 2 wymaga kraników wykonanych z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw nr 7

Pytanie 1 - Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 w poz. 1.1 i 1.2 maskę do podawania tlenu w uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 - Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 w poz. 2.1-2.3 cewniki do podawania tlenu czyste mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zestaw nr 8

Pytanie 1 - Zadanie nr 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie karnika z drenem długości 100 mm o objętości wypełnienia 1,25 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 - Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki FFP2 pakowanego po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikat CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami, aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści maseczki FFP2 jako środek ochrony indywidualnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga Maski FFP2 o konstrukcji kopułowej, która ułatwia oddychanie co może być utrudnione w przypadku maseczki składanej miękkiej (nie kopułowej).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 9

Pytanie 1 – Zadanie 5

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze, maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP2 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniając normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – Zadanie 5

Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegą zakażeniom krzyżowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – Zadanie 5

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 10

Pytanie 1 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści kraniki z śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 - dotyczy Zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o długości 100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zestaw nr 11

Pytanie nr 1 - Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 z gumkami zakładanymi na uszy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna