



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/76/D/N/L/2020/185/2020

Limanowa dnia: 2020-11-25

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Informujemy, iż w dniu 2020-11-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa wyposażenia Pracowni PCR dla Szpitala Powiatowego w Limanowej

Pytanie 1: Czy Zamawiający na skutek błędu pisarskiego umieścił w punkcie 17 – zakres objętości próbki 1ul – 2000 ul? Czy Zamawiający dopuści ekstraktor z objętością próbki od 100 ul, która to objętość jest najmniejszą objętością próbki wykorzystywaną do celów diagnostycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 45 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający oczekuje jak najszybszej realizacji i jest to także jedno z kryteriów oceny ofert.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA