



Poznań, 23.02.2021 r.

ADZP-381-02/21

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na wyjaśnienia w sprawie SWZ oraz modyfikacja

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego anestezyjologicznego, urologicznego jednorazowego użytku oraz kółderok do ogrzewania pacjentów i implantów jądra**”, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Pakiet nr 9 poz. 1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 1, 2, 3, 4 co umożliwi złożenie większej liczbie wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci neonatologiczny o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 0,6 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 20 - 70 ml
- Masa 15 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 10 ml
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie przy Vt=50ml 30 mg/l
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci pediatryczny o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 30 ml
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 9 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr dla dorosłych o następujących parametrach :

- Powierzchnia filtracyjna 25 cm²
- Opór przepływu przy 30 l /min 0,5 cm H₂O

- przy 60 l/min 1,4 cm H₂O
- przy 90 l/min 2,76 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 9 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o następujących parametrach :

- Opór przepływu
 - przy 30l /min 0,82 cm H₂O
 - przy 60 l/min 2,14 cm H₂O
 - przy 90 l/min 3,95 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 7 - Zamówienie częściowe nr 7 - Dostawa kołderki do ogrzewania pacjenta

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego:

Lp. 1: Kołderka grzewcza pediatryczna:

- wymiary 142.2cm x 101.6cm (+/-2%)
- do użytku u jednego pacjenta
- bezlateksowe
- 2 warstwowe
- wykonane z materiału nietkanego oraz folii
- bez perforacji
- równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki
- przystosowane do pracy z Kołderka grzewczymi nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min
- konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwane powietrza
- system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera
- współpracujące z urządzeniami Bari Hugger 775, WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 7 - Zamówienie częściowe nr 7 - Dostawa kołderki do ogrzewania pacjenta

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego:

Lp. 2: Kołderka grzewcza noworodkowa na i pod ciało pacjenta:

- wymiary 61cm x 94cm (+/-2%)
- do użytku u jednego pacjenta
- bezlateksowe
- 2 warstwowe
- wykonane z materiału nietkanego oraz folii
- bez perforacji
- równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki
- przystosowane do pracy z Kołderka grzewczymi nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min

- konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza
- system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera
- 2 alternatywne mocowania do węża urządzenia grzewczego
- współpracujące z urządzeniami Bari Hugger 775, WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego
- nadające się zarówno do okrycia pacjenta, jak i położenia pacjenta na kołderce praca jako materac grzewczy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 4 - Zamówienie częściowe nr 4 - Dostawa Układów Oddechowych

Lp. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego:

Łącznik „martwa przestrzeń” rozciągliwy - długość 150 mm;

Rozsuwany uchwyt cewnika 15M-22M / 15F, nasadka bronchoskopu

Przedłużane przedłużenie rurki dotchawiczej, przezroczyste do kontroli wzrokowej, różne możliwości łączenia (filtr / rurka dotchawicza), lekka i elastyczna. Brak utraty światła dzięki strukturze materiału, odporny na załamania.

Przyłącza: 15M-22M / 15F Styl: Z adapterem do bronchoskopii

Przyłącze maszyny: męskie Średnica wewnętrzna (przyłącze maszyny): 12 mm

Przyłącze pacjenta: męskie / żeńskie

Średnica wewnętrzna (przyłącze pacjenta): 20/15 mm

Mikrobiologiczne czyste

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 4 - Zamówienie częściowe nr 4 - Dostawa Układów Oddechowych

Lp. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego:

Nebulizator o pojemności 20ml, pozostałe parametry bez zmian w SWiZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 4 - Zamówienie częściowe nr 4 - Dostawa Układów Oddechowych

Lp. 3

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji: układu oddechowego z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Pakiet 6 - Zamówienie częściowe nr 6 - Dostawa Rurek intubacyjnych

Lp. 1

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji: Rurka intubacyjna **bez mankietu**, ustno-nosowa

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Pakiet 2 - Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa rurek anestezjologicznych

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji:

Lp.1

Lp.2

Lp.4

Lp.12

Lp.14

Lp.17

Lp.18

Lp.19

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pakiet 9 - Zamówienie częściowe nr 9 - Dostawa filtrów i czujek

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji:

Lp.5

Lp.6

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pakiet 5 - Zadanie częściowe nr 5 - Dostawa cewników i układów oddechowych

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji:

Lp.11

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

część nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 1,8m przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o długości 1,8 m przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 16

dotyczy §6 ust. 4

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

Pytanie nr 17

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 4 oraz § 9 ust 1 pkt a:

Dot. §6

4. w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3,4 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając różnicą kosztów zakupu Wykonawcy,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. §9

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie nr 19

Zadanie 6, poz. 2. Czy Zamawiający wymaga aby rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym była wykonana z termoplastycznego pvc, silikonowana bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 20

Zadanie 6, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci pełnych pierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie 6, poz. 5. Czy Zamawiający oczekuje rurki intubacyjnej jednorazowego użytku zbrojonej, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca - duża powierzchnia przylegania która minimalizuje nacisk na tchawicę, z prowadnicą w środku rurki, silikonowaną, z zaznaczonym rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnych linii poziomych, wygiętej w kształcie łuku, gładkie krawędzie otworu Murphy'ego. Wzmocniona za pomocą metalowej spirali ze stali kwasoodpornej dającej odporność na złamania się rurki, łącznik na stałe przymocowany do rurki. Rurki pakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzewy. Opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Zamówienie częściowe nr 6 - Dostawa Rurek intubacyjnych poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów siwz, rurek wiodącego producenta Rusch/ Teleflex, o następujących parametrach: rurka intubacyjna bez mankieta, ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego pvc, przeźroczysta, znacznik głębokości w postaci czarnej końcówki o długości minimum 20mm, częściowo osadzony łącznik, wkłesa gładka końcówka, skala centymetrowa co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rurki pakowane w sposób zgodny z ISO. Opakowanie papierowo-foliowe. Opak.handl.10szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Zamówienie częściowe nr 6 - Dostawa Rurek intubacyjnych poz.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów siwz, rurek wiodącego producenta Rusch/ Teleflex, o następujących parametrach: Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego pvc, znacznik głębokości w postaci szerokiego pierścienia, niebieski balonik kontrolny, rozmiar widoczny na korpusie rurki oraz półprzezroczystym częściowo osadzonym łączniku, dren napełniający mankiet półprzezroczysty, wkłesa gładka zaokrąglona końcówka, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rurki pakowane w sposób zgodny z ISO. Opakowanie papierowo-foliowe. Opak.handl.10szt. Średnica mankieta odpowiednio względem oferowanego rozmiaru: Rozmiar 3 – 170mm Rozmiar 3,5 – 190mm Rozmiar 4 – 220mm Rozmiar 4,5 – 230mm Rozmiar 5 – 250mm Rozmiar 5,5 – 280mm Rozmiar 6 – 290mm Rozmiar 6,5 – 300mm Rozmiar 7 – 320mm Rozmiar 7,5 – 330mm Rozmiar 8 – 340mm Rozmiar 8,5 – 345mm Rozmiar 9 – 350mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy Zamówienie częściowe nr 6 - Dostawa Rurek intubacyjnych poz.3-4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta Rusch/ Teleflex, wykonanych z polietylenu w rozmiarach i wymiarach zgodnych z ISO: 000 – 30mm 00 – 40mm 0 – 50mm 1 – 60mm 2 – 70mm 3 – 80mm 4 – 90mm 5 – 100mm Do swobodnego wyboru. Opak.handl.10szt. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy Zamówienie częściowe nr 6 - Dostawa Rurek intubacyjnych poz.5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta – marki Rusch/ Teleflex, o następujących parametrach: Rurka intubacyjna jednorazowego użytku zbrojona z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca-duża powierzchnia przylegania minimalizuje nacisk na tchawicę, z prowadnicą w środku rurki (roz.5-9, pozostałe bez prowadnicy w środku), z zaznaczonym rozmiarem rurki na niebieskim baloniku kontrolnym ,ze znacznikiem głębokości w postaci szerokiego pierścienia, wygiętych w kształcie łuku, gładkie krawędzie otworu Murphy'ego. Wzmocniona za pomocą metalowej spirali ze stali kwasoodpornej dającej odporność na złamania się rurki, biały łącznik na stałe przymocowany do rurki. Rurki pakowane w sposób zgodny z ISO. Opakowanie papierowo-foliowe. Opak.handl.5szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Część 2, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Część 2, pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści 2 maskę anestetyczną wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Część 2, pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną z oznaczeniem koloru w formie barwnego pierścienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Część 2, pozycja 5 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej oraz rozmiaru rurki tylko na opakowaniu, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Część 2, pozycja 6 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej oraz rozmiaru rurki tylko na opakowaniu, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31

Część 2, pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z oznaczeniem średnicy wewnętrznej na kołnierzu, a rozmiaru rurki na obturatorze oraz na opakowaniu, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32

Część 2, pozycja 8 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z oznaczeniem średnicy wewnętrznej na kołnierzu, a rozmiaru rurki na obturatorze oraz na opakowaniu, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33

Część 2, pozycja 9 – Czy zamawiający dopuści opaskę mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Część 2, pozycja 10 – Proszę o podanie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej ustnika oraz informacji do jakiego spirometru będą przeznaczone?

Odpowiedź: Średnica zewnętrzna ustnika 32 mm, średnica wewnętrzna ustnika 30 mm, przeznaczone będą do spirometru Master Scope, rok produkcji 2008.

Pytanie nr 35

Część 2, pozycja 10 – Czy zamawiający dopuści ustnik z filtrem o oporze przepływu 0,75 cmH₂O przy 14L/s, o przestrzeni martwej 45 ml o wadze +/- 10% od 14-15g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36

Część 2, pozycja 11 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- Pojemność worka - 2 600 ml
- Tylina biała ściana wzmocniona stelażem
- Pojemność komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu
- Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej
- Długość drenu 145 cm z kłamrą

- 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna
- Igłowy i bez igłowy port do pobierania próbek moczu
- Kranik spustowy Cross Valve (poprzeczny T)
- Nietoksyczny, niepirogeny
- Pakowany pojedynczo, sterylne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Część 2, pozycja 15 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dzieci o dł. 150 cm i dł. dodatkowego ramienia 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38

Część 2, pozycja 16 – Czy zamawiający dopuści przewód z silikonu o dł. 110 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Część 2, pozycja 16 – Czy zamawiający dopuści przewód z silikonu o dł. 150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Część 2, pozycja 17 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, wykonany z PE, karbowany wewnątrznie, o dł. 160cm ze standardowymi złączami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Część 2, pozycja 18 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, wykonany z PE, karbowany wewnątrznie, o dł. 180 cm ze standardowymi złączami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Część 2, pozycja 19 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty, wykonany z PE, karbowany wewnątrznie, o dł. 160 cm ze standardowymi złączami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Część 2, pozycja 21 – Czy zamawiający dopuści linię próbkującą o dł. 305 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Część 9, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45

Część 9, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46

Część 9, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml,

oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47

Część 9, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48

Część 9, pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49

Część 9, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50

Część 9, pozycje 1-4 – Czy zamawiający z uwagi na podobieństwo i ilość asortymentu wydzieli z części nr 9 pozycje nr 1, 2, 3 i 4 i utworzy z nich osobą część?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

PAKIET 8 POZYCJA 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do szynowania moczowodów z możliwością pozycjonowania nawet po usunięciu prowadnicy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 52

Czy opisany zestaw do szynowania moczowodów ma umożliwiać jego pozycjonowanie nawet po usunięciu prowadnicy?


Odpowiedź: Tak.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez modyfikację następującego dokumentu:

- załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke +48 61 850 62 295, karolina.prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

ul. Bolesława Krysiewicza 7/8

61-825 Poznań