

**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożegoul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/14/D/N/E/2021/53/2021

Limanowa dnia: 2021-03-25

Wszyscy zainteresowani!

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Dostawy sprzętu medycznego ujęte w 4 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej”** – znak sprawy **NZ/14/D/N/E/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 2

Pytania do SWZ (dot. zadania nr 4):

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody? Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2 Dot. rozdz. 10 SWZ oraz § 1ust. 3 umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację? Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź: Tak

1/2

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w formularzu ofertowym, Wykonawca pozostawił zapisy dotyczące tylko tych pakietów na które składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 4, Parametry techniczno-użytkowe:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem pakietu startowego odczynników? Jeśli tak, to czy może podać informacje w jakiej ilości?

Odpowiedź: Tak, będzie wymagał w ilości 90 szt.

Pytania do Umowy:

Pytanie nr 5 §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości ewentualnej kary umownej do 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §5 ust 1

Odpowiedź: Tak

ZESTAW NR 3

Pytanie do umowy:

Pytanie nr 1 §3 ust. 9pkt 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej?

Odpowiedź: Tak

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna