

Bytom dnia: 2021-04-16

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne – 65 szt.

1. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści tworzywowe, dzielone barierki boczne po obu stronach łóżka chroniące pacjenta na całej długości, opuszczane obok ramy leża, o wysokości 430 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ramę w kolorze jasnoszarym oraz możliwość wyboru koloru wklejek na szczytach (8 kolorów do wyboru)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, z wyodrębnieniem koloru drewnopodobnego wklejek na szczytach.

4. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację elektryczną zmiany wysokości leża w zakresie 410 – 815 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

5. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację elektryczną kąta uniesienia segmentu oparcia pleców do 65°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.


6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga 13°/15°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autokonturu segmentu oparcia pleców i ud?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

8. Czy (w pkt. 15 oraz w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone po dwóch stronach w haczyki na woreczki urologiczne (4 haczyki z każdej strony leża)?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści uniwersalny uchwyt z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym hakiem umożliwiającym zawieszenie na łóżku, przeznaczony do wszystkich butelek preparatów (w tym środka dezynfekującego do rąk) o pojemności 500 ml (jak na zdjęciu poniżej)?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Czy (w pkt. 17) Zamawiający może doprecyzować jakiej ilości materaców przeciwoleżynowych z pompami oczekuje?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Zamawiający wymaga 6szt.

11. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści pompę elektryczną do pneumatycznego zmiennociśnieniowego materaca przeciwoleżynowego zawieszoną na ramie łóżka ze skutecznością do profilaktyki oraz wspomagania leczenia odleżyn, bez określania stopnia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, rurowy skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia EPUAP/NPUAP włącznie, składający się z 17 wymiennych komór o wysokości 13 cm, przystosowany do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych; materac posiadający bi-elastyczny z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy) pokrowiec z zamkiem błyskawicznym dookoła materaca; nośność materaca do 160 kg; materac posiadający mikrowentylację, tryb statyczny, funkcję transportową, funkcję poduszki, zawór CPR; pompa posiadająca alarm diodowy niskiego ciśnienia, alarm awarii zasilania, wyświetlacz LED wagi pacjenta, kompresor membranowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza

13. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści (zamiast stolika na całą szerokość łóżka) stolik przyłóżkowy "przyjaciół" do spożywania posiłków, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą; blat o wymiarach 735x430 mm z płyty meblowej, z relingami oraz ręczną regulacją wysokości w zakresie 850-1300 mm; podstawa stolika o wymiarach 730x430 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego
Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakiet nr 3 – Łóżko endoskopowe – 5 szt.

14. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 778 mm (+/- 10 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści materac o wymiarach 1900 x 650 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści nożną hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 600 – 920 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Czy (w pkt. 5 i 6) Zamawiający dopuści nożną hydrauliczną regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0° - 20°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° – 90° – regulacja płynna?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.

19. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° – 40°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści składane barierki boczne po obu stronach łóżka o wysokości 300 mm powyżej leża oraz długości 1400 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści regulowany wieszak na kroplówkę z 2 haczykami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko bez odejmowalnego i regulowanego zagłówka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.