




SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Centrum Badawcze Druku 3D i Materiałów Kompozytowych w Centrum  
Zaawansowanych Technologii UAM RPWP.01.01.00-30-0004/18

Poznań, dnia 27.04.2021r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę **wyposażenia Zespołu Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w systemy do druku 3D (drukarki 3D) – SLS, DLP, FDM, do testowania materiałów proszkowych, żywic oraz filamentów lub past za pomocą technik przyrostowego osadzania oraz skaner 3D, nr postępowania ZP/5879/D/20 - 2 części, nr sprawy ZP/5879/D/22.**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

**PYTANIA:**

Pytania do części 1 załącznik 1.2

1) Pytanie dot Systemy do testowania żywic (DLP) Charakterystyka systemu II Czy zamawiający dopuści rozdzielczość XY od 30 do 60 mikronów? Rozdzielczość XY 0,01 mikrona nie jest osiągalna przy tej technologii. Czy zamawiający dopuści większość większą prędkość maksymalną prędkość druku tj z 30mm/h do 60mm/h? Czy zamawiający dopuści drukarkę o lepszej rozdzielczości tj 3840x2400? 2) Pytanie dot Systemy do testowania żywic (DLP) Charakterystyka systemu III Czy zamawiający dopuści drukarkę bez łączności HDMI? Jedyna drukarka na rynku, która posiadała łączność HDMI została wyłączona z produkcji i nie będzie dostępna Czy zamawiający dopuści drukarkę o rozdzielczości 50 mikronów?

**ODPOWIEDZI:**

1. Odpowiedź na pytanie dotyczące charakterystyki systemu II (DLP):
  - a. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez Oferenta zmian w charakterystyce technicznej rozdzielczości XY. Zamawiający definiując rozdzielczość XY popełnił omyłkę pisarską. W charakterystyce systemu II (DLP) winno być napisane:

ROZDZIELCZOŚĆ XY: 0,01 mm zamiast 0,01 mikrona.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293  
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00  
mb@amu.edu.pl



- b. Zamawiający określił maksymalną prędkość druku 30mm/h. Zamawiający dopuszcza również większą prędkość druku (60 mm/h), pod warunkiem, że Oferent jest w stanie zapewnić zachowanie wymaganej przez Zamawiającego rozdzielczości druku przy tej prędkości dla oferowanego urządzenia.
  - c. Zamawiający dopuści zarówno drukarkę o rozdzielczości 2560 x 1440, jak i 3840x2400.
2. Odpowiedź na pytanie dotyczące charakterystyki systemu III (DLP):
- a. Zamawiający dopuści drukarkę bez łączności HDMI
  - b. Zamawiający dopuści drukarkę zarówno o rozdzielczości 48 mikronów, jak i 50 mikronów.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmiana SWZ nie powoduje konieczności przedłużenia terminu na składanie ofert.

Z-CA KANOWSKA  
ds. Logistyczno-administracyjnych  
mgr Maria Buzińska

