



Poznań, dnia 26/05/21

Oznaczenie sprawy: ZP/1043/D/21

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę systemu do rejestracji EEG w badaniach naukowych wraz z montażem i szkoleniem**

Do Zamawiającego napłynęły pytania od Wykonawcy, odnośnie treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2019 r poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści aparaturę, gdzie okres gwarancji na 2 x 2 wiązki 32 elektrod EEG, tj. dwa komplety 64 elektrod (jeden z wielu komponentów zestawu) wynosi **12 miesięcy**? Elektrody są materiałem eksploatacyjnym, który - w przeciwieństwie do całego pozostałego sprzętu - podlega zużyciu w miarę czasu i intensywności użytkowania. 12-miesięczną gwarancję oferuje producent proponowanej przez nas aparatury, której pozostałe parametry w pełni odpowiadają tym określonym w SWZ. Wiazki elektrod można w każdym momencie dokupić bez konieczności jakichkolwiek zmian w aparaturze.

**Odpowiedź nr 1**

**Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczny okres gwarancji na wiązki elektrod EEG.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-KANCLERZA  
ds. Logistyczno-Administracyjnych  
mgr Maria Buzińska

