



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

Faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2021-05-11

Pismo: NZ/22/D/P/LW/2021/79

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań immunologicznych”** – znak sprawy **NZ/22/D/P/LW/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie nr 1

Dot. Parametry techniczno - użytkowe analizatora immunologicznego pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu UPS pozwalającego na podtrzymanie napięcia do czasu bezpiecznego wyłączenia analizatora - nie dłużej jednak niż 20 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dot. Parametry techniczno - użytkowe analizatora immunologicznego pkt. 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ile stron dziennie/miesięcznie planuje drukować

1/4

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:
BAKTERIOLOGICZNA

co pozwoli Wykonawcy oszacować liczbę tonerów na czas trwania umowy?

Odpowiedź: ok. 200 stron/dzień

Pytanie nr 3

Dot. Parametry techniczno - użytkowe analizatora immunologicznego pkt. 15

Czy Zamawiający wymaga zastosowania aktywnego systemu mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm, lub zastosowanie końcówek jednorazowego użytku gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów do diagnostyki markerów wirusowego zapalenia wątroby i HIV <0,1ppm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 4

Dot. Formularz asortymentowo-cenowy pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 15 HbA1c z formularza cenowego - większość dostępnych systemów wykonują to oznaczenie na analizatorach biochemicznych lub metodą referencyjną HPLC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający opublikuje formularz asortymentowo-cenowy po zmianie

Pytanie nr 5

Dot. Formularz asortymentowo-cenowy pkt. 23 i 28

Prosimy o usunięcie punktu 28 albowiem pokrywa się on z zapisami punktu 23

Odpowiedź: Zamawiający usuwa poz. 28. Zamawiający opublikuje dokument po zmianie

Pytanie nr 6

Dot. Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego na dwóch poziomach dla pozycji :Anty-CCP; anty-HCV; HBS Antygen; Kiła?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 7

Dotyczy pkt. 4 par. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający potwierdza, iż szacunkowa wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10% wartości określonej w par. 1 ust. 3?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt. 7 par. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę abyście Państwo skorzystali z dostępu do ww. dokumentów (aktualizowanych na bieżąco) bezpośrednio przez Internet.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 9

Dotyczy pkt. 1 par. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw cito z 2 dni na min. 72h?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 10

Dotyczy pkt. 3 par. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 6 m-cy na min. 4 m-ce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 11

Dotyczy pkt. 1 par. 7 projektu umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy oraz kolejne 14 dni w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego w terminie dostaw za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 10 umowy oraz kolejne 14 dni w wysokości 1 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Dotyczy pkt. 3 par. 8 projektu umowy

Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być

niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający