

Znak sprawy: KA-2/019/2021

Zamawiający:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110

31-155 KRAKÓW

Przedmiot zamówienia: **Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego:**

Pytania:

1. Pozycja nr 20.
Proszę o określenie wielkości wszystkich trzech szlifów w kolbie trójszyjnej o pojemności 1.000ml.
2. Pozycja nr 43.
Proszę o podanie, do jakiej wielkości szlif ma redukować złącze (z wielkości 29/31 na jaki szlif)?

Odpowiedzi na pytania:

1. Pozycja 20, kolba trójszyjna 14/23, 29/32, 14/23.
2. Pozycja 43, złącze redukcyjne z 29/32 na 24/29.