

Zamawiający:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110
31-155 KRAKÓW

Przedmiot zamówienia: **Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego:**

Pytania:

1. Pozycja nr 18.

Czy przedział rozmiaru ziaren dla żelu krzemionkowego w pozycji 18 zapytania jest poprawny?
Czy zamawiający dopuszcza węższy przedział np. 2,5-6 lub 2-5 mm?

Odpowiedzi na pytanie:

1. Pozycja 18,
Zamawiający dopuszcza rozmiar ziarna min. 2 mm i max. 10 mm, tak więc zakres 2-5 mm jest dopuszczalny.