

Bytom dnia: 2021-06-07

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu Nr 35

Czy mając na uwadze zapewnienie zasad uczciwej konkurencji dopuszczają Państwo testy wyposażone w wymazówki, które nie są pozostawione w próbce z buforem ekstrakcyjnym na czas badania, ponieważ w przypadku braku Państwa zgody wymagania SIWZ będzie mógł spełnić tylko jeden wykonawca, a takie ograniczenie konkurencji nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i na pewno nie będzie dla Państwa korzystne ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagamy zgodnie z SIWZ. Testy antygenowe Sars Cov -2 wykonywane są na oddziałach szpitalnych i w Izbie Przyjęć przez personel pielęgniarzki a nie w laboratorium. Z tego względu wykorzystanie dwustronnie zakręcanych probówek bez konieczności wyjmowania wymazówki w trakcie badania minimalizuje ryzyko kontaktu z wirusem wysoce zakaźnym i gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz ułatwia zachowanie reżimu sanitarnego i bezpieczną utylizację zakaźnych próbek.

W imieniu Zamawiającego

